



Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2

IČ: 00216208

Dobrý den,

chtěli bychom se zeptat, zda byste byli ochotní přijmout systém o následujících parametrech:

- 1) Přechodovou komoru o rozměrech 318 mm průměr a 609 mm délka místo původních rozměrů (průměr 400 mm, délka 600 mm)
- 2) Řídící panel se 4" dotykovou obrazovkou místo původních 7"

Dále se chceme zeptat, co je přesně míněno požadavkem na nastavení úrovně přetlaku?

Předem děkujeme za odpověď.

Mgr. Felix Holář

jednatel společnosti Měřicí technika Morava, s.r.o.