

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek č. 1

Zadavatel veřejné zakázky:

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
se sídlem Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČO: 00216208

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek č. 1 veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Rukavicový box“
(Systémové číslo: P24V00000500)

DOTAZ Č. 1

Dobrý den,

chtěli bychom se zeptat, zda byste byli ochotní přijmout systém o následujících parametrech:

1) Přechodovou komoru o rozměrech 318 mm průměr a 609 mm délka místo původních rozměrů (průměr 400 mm, délka 600 mm)

2) Řídící panel se 4" dotykovou obrazovkou místo původních 7"

Dále se chceme zeptat, co je přesně míněno požadavkem na nastavení úrovně přetlaku?

Předem děkujeme za odpověď.

ODPOVĚĎ Č. 1

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí:

- 1) požadované rozměry přechodové komory zůstávají nezměněny
- 2) požadovaný rozměr dotykové obrazovky zůstává nezměněn

Zadavatel dále upřesňuje, že se jedná o nastavení úrovně přetlaku pomocí ventilátoru nuceného oběhu, včetně monitoringu úrovně tlaku, obsahu kyslíku, vodní páry atd. Zadavatel požadujeme bezpečnostní ventil na uvolnění přetlaku, který je založen na bezelektrickém principu, vyrovnává přetlak v boxu i při poruše dodávky el. energie.

Lhůta pro podání nabídek se vzhledem k povaze odpovědí zůstává nezměněna.

V Praze dne

Za Zadavatele:

A. Maškarová