

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

LF HK – BraDy – Transkraniální magnetický stimulátor

(dále jen „veřejná zakázka“)

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-012706**

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Sídlo:	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
IČO:	00216208
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvojitého monofázického transkraniálního stimulátoru se dvěma cívkami, neuronavigací a EEG čepicemi pro Neurofyziologickou laboratoř provozovanou současně Ústavem lékařské biofyziky a Ústavem patologické fyziologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o přístroj, který bude využit pro magnetickou transkraniální stimulaci dospělých osob pomocí jedné nebo dvou cívek bez, nebo s definovanou prodlevou mezi stimulačními pulsy. Poloha cívek vzhledem k neurálním strukturám stimulované osoby bude určena pomocí neuronavigace vztážené k individuálním snímkům magnetické rezonance. Stimulace bude optimalizovaná pro současný záznam elektroencefalografické aktivity. Součástí dodávky je vedle stimulátoru také pár stimulačních cívek, neuronavigace a křeslo pro stimulovanou osobu, 64 kanálové EEG čepice optimalizované pro využití s transkraniální magnetickou stimulací. Dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení, jako jsou počítače pro obsluhu stimulátoru a neuronavigace.

Předmět plnění je blíže specifikován v technických, obchodních a jiných smluvních podmínkách, které jsou součástí příloh dokumentace zadávacího řízení.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

<u>CPV kód</u>	<u>Název</u>
38000000-5	Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
33158210-7	Stimulátor
33158000-2	Elektrická, elektromagnetická a mechanická léčba

3. Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem činí: **2.795.910,00 Kč bez DPH.**

4. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení dle § 56 zákona.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku na veřejnou zakázku:

Pořadové číslo nabídky	Identifikace účastníka	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	DEYMED Diagnostic s.r.o., Kudrnáčova 533, 549 31 Hronov IČO: 25284584	2.795.910,00 Kč
2.	WALTER Graphtek CZ s.r.o., Sedlec 40, okres Praha-východ IČO: 26440318	
3.	Reamedix s.r.o., Přátelství 301/35, Uhříněves, 104 00 Praha 10 IČO: 06921647	2.490.000,00 Kč

Účastník WALTER Graphtek CZ s.r.o., Sedlec 40, okres Praha-východ, IČO: 26440318 nepředložil nabídku. Účastník předložil Žádost o prodloužení doby odpovědi na poptávku.

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Označení účastníků zadávacího řízení, kteří byli vyloučeni ze zadávacího řízení:

Název: Reamedix s.r.o.
Sídlo: Přátelství 301/35, Uhříněves, 104 00 Praha 10
IČ: 06921647

Odůvodnění:

Zadavatel zahájil zadávací řízení veřejné zakázky dne 22.03.2024 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25.03.2024.

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky se dne 09.05.2024 uskutečnilo jednání hodnotící komise (dále jen „komise“), jež na základě rozhodnutí zadavatele v souladu s § 42 zákona plní úkoly spojené s hodnocením nabídek, posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzením mimořádně nízké nabídkové ceny, na kterém komise provedla hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Komise konstatovala, že účastník zadávacího řízení nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení – neprokázal splnění technických podmínek vymezující předmět veřejné zakázky v dále uvedeném rozsahu:

Účastník zadávacího řízení neprokázal splnění podmínky účasti – technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky.

Zadavatel v odstavci 3.4 zadávací dokumentace stanovil, že v Příloze č. 5 zadávací dokumentace uvádí minimální funkční požadavky a očekávané technické parametry. Nesplnění některého z těchto minimálních funkčních a technických požadavků bude znamenat nesplnění zadávacích podmínek veřejné

zakázky a vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 zákona. Zadavatel připouští nabídnutí lepších parametrů, vlastností či funkcí.

Zadavatel v odstavci 16.12 zadávací dokumentace stanovil, že součástí nabídky musí být účastníkem zadávacího řízení řádně doplněná specifikace nabízeného plnění. Účastníkem zadávacího řízení předložená specifikace nabízeného plnění musí obsahovat minimálně údaje v rozsahu, ve struktuře a v členění podle specifikace předmětu plnění (Příloha č. 5 zadávací dokumentace). Z účastníkem zadávacího řízení předložené specifikace nabízeného plnění musí vyplývat, že účastníkem zadávacího řízení nabízené plnění splňuje minimální požadavky zadavatele uvedené ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 5 zadávací dokumentace). Specifikaci nabízeného plnění zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 5 zadávací dokumentace). Účastník zadávacího řízení není oprávněn, vedle doplnění příslušných údajů, provádět ve specifikaci plnění jakékoliv změny (zejména měnit strukturu a členění specifikace plnění, měnit názvy, popisy, měrné jednotky, počty měrných jednotek či jiné informace uvedené u jednotlivých položek specifikace plnění, doplňovat či odstraňovat položky specifikace plnění apod.).

Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění požadoval mimo jiné technický parametr „*Osmičková cívka 2x 50 mm s nutným příslušenstvím*“ s požadavkem „*Cívka vhodná pro párovou stimulaci s uchycením do systému neuronavigace, cívka může doručit 100 pulzů při frekvenci 0.5 Hz a neklesající intenzitě (100 % maximálního výkonu přístroje) (v klimatizovaném prostředí s teplotou 22°C)*“.

Účastník předložil v rámci své nabídky Přílohu č. 5 DZŘ – *Specifikaci předmětu plnění*.

V předložené příloze účastník uvedl „*2x70 mm*“ u požadovaného technického parametru „*Osmičková cívka 2x 50 mm s nutným příslušenstvím*“.

Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění požadoval mimo jiné technický parametr „*Osmičková cívka 2x 30 mm s nutným příslušenstvím*“ s požadavkem „*Cívka vhodná pro párovou stimulaci s uchycením do systému neuronavigace, cívka může doručit 50 pulzů při frekvenci 0.5 Hz a neklesající intenzitě (100 % maximálního výkonu přístroje) (v klimatizovaném prostředí s teplotou 22°C)*“.

Účastník předložil v rámci své nabídky Přílohu č. 5 DZŘ – *Specifikaci předmětu plnění*.

V předložené příloze účastník uvedl „*2x70 mm*“ u požadovaného technického parametru „*Osmičková cívka 2x 30 mm s nutným příslušenstvím*“.

Účastník u požadavku na parametr „*Součástí nabídky musí být individuální charakteristiky jednotlivých cívek pro přímé využití v SimNIBS*“ neuvedl název/popis nabízeného parametru.

Účastník u parametru „*Úprava/výroba konektoru propojení čepice a stávajícího EEG (Deymed - TrueScan 64 kanálů)*“ s požadavkem „*min. 2 ks*“ neuvedl název/popis nabízeného parametru.

Ze shora uvedených údajů bylo zřejmé, že účastník nabízí zadavateli transkraniální magnetický stimulátor s jinými parametry, než požadoval zadavatel.

Účastník zadávacího řízení tak neprokázal splnění veškerých zadavatelem stanovených technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky.

Zadavatel na základě výše uvedených skutečností rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení tak, jak je shora uvedeno.

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Vybraný dodavatel:

Účastník: DEYMED Diagnostic s.r.o.
Sídlo: Kudrnáčova 533, 549 31 Hronov
IČ: 25284584

