

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**zákon**“)

o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

LF HK – Ph.D. Infra pro UK – Běžné laboratorní přístroje

Část 1 - Autokláv

(dále jen „veřejná zakázka“)

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-007528**

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Sídlo:	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
IČO:	00216208
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks stolního horizontálního autoklávu pro chovnou a laboratorní část Vivária na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o stolní laboratorní přístroj zajišťující sterilizaci laboratorního a operačního příslušenství a materiálů pomocí vysokého tlaku a teploty.

Předmět plnění je blíže specifikován v technických, obchodních a jiných smluvních podmínkách, které jsou součástí příloh dokumentace zadávacího řízení.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

CPV kód	Název
33191110-9	Autoklávy

3. Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem činí: **111.770,00 Kč bez DPH.**

4. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení dle § 56 zákona.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku na veřejnou zakázku:

Pořadové číslo nabídky	Identifikace účastníka	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	BioTech a.s., Služeb 3056/4, Strašnice, 108 00 Praha 10 IČO: 25664018	105.000,00 Kč
4.	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o., Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha 4 - Kunratice IČO: 25065939	111.770,00 Kč

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Označení účastníků zadávacího řízení, kteří byli vyloučeni ze zadávacího řízení:

Název: BioTech a.s.
Sídlo: Služeb 3056/4, Strašnice, 108 00 Praha 10
IČ: 25664018

Odůvodnění:

Zadavatel zahájil zadávací řízení veřejné zakázky dne 15.02.2024 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16.02.2024.

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky se dne 24.04.2024 uskutečnilo jednání hodnotící komise (dále jen „komise“), jež na základě rozhodnutí zadavatele v souladu s § 42 zákona plní úkoly spojené s hodnocením nabídek, posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzením mimořádně nízké nabídkové ceny, na kterém komise provedla hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Komise konstatovala, že účastník zadávacího řízení nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení – neprokázal splnění technických podmínek vymezující předmět veřejné zakázky v dále uvedeném rozsahu:

Účastník zadávacího řízení neprokázal splnění podmínky účasti – technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky.

Zadavatel v odstavci 3.12 zadávací dokumentace stanovil, že v Příloze č. 5 zadávací dokumentace uvádí minimální funkční požadavky a očekávané technické parametry. Nesplnění některého z těchto minimálních funkčních a technických požadavků bude znamenat nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky a vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 zákona. Zadavatel připouští nabídnutí lepších parametrů, vlastností či funkcí.

Zadavatel v odstavci 16.12 zadávací dokumentace stanovil, že součástí nabídky musí být účastníkem zadávacího řízení řádně doplněná specifikace nabízeného plnění (pro příslušnou část veřejné zakázky). Účastníkem zadávacího řízení předložená specifikace nabízeného plnění musí obsahovat minimálně údaje v rozsahu, ve struktuře a v členění podle specifikace předmětu plnění (Příloha č. 5 zadávací dokumentace). Z účastníkem zadávacího řízení předložené specifikace nabízeného plnění musí vyplývat, že účastníkem zadávacího řízení nabízené plnění splňuje minimální požadavky zadavatele uvedené ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 5 zadávací dokumentace). Specifikaci nabízeného plnění zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 5 zadávací dokumentace). Účastník zadávacího řízení není oprávněn, vedle doplnění příslušných údajů, provádět ve specifikaci plnění jakékoliv změny (zejména měnit strukturu a členění specifikace plnění, měnit názvy, popisy, měrné jednotky, počty měrných jednotek či jiné

informace uvedené u jednotlivých položek specifikace plnění, doplňovat či odstraňovat položky specifikace plnění apod.).

Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění požadoval mimo jiné technický parametr autoklávu „pracovní tlak“ s požadavkem „min. v rozmezí 0-250 kPa“.

Účastník předložil v rámci své nabídky Přílohu č. 5a DZŘ - Specifikaci předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky.

V předložené příloze účastník uvedl „0-210 kPa“ u požadovaného technického parametru „pracovní tlak“.

Ze shora uvedených údajů je zřejmé, že účastník nabízí zadavateli autokláv o jiném pracovním tlaku, než požadoval zadavatel. Účastníkem uvedené rozmezí pracovního tlaku nedosahuje minimálního rozmezí stanoveného zadavatelem.

Účastník zadávacího řízení tak neprokázal splnění veškerých zadavatelem stanovených technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky.

Zadavatel na základě výše uvedených skutečností rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení tak, jak je shora uvedeno.

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Vybraný dodavatel:

Účastník: **SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.**
Sídlo: Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha 4 - Kunratice
IČ: 25065939

Komise při hodnocení nabídek nezohlednila účastníka zadávacího řízení BioTech a.s., IČO: 25664018, se sídlem: Služeb 3056/4, Strašnice, 108 00 Praha 10, který byl dne 25.04.2024 ze zadávacího řízení vyloučen do okamžiku hodnocení nabídek mu nezanikla účast v zadávacím řízení.

Odůvodnění výběru:

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle nejnížší nabídkové ceny.

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 zákona jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu, přičemž nabídky byly vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnížší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnížší nabídkovou cenou.

Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek

Shora uvedeným způsobem byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky: **SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o., Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha 4 - Kunratice, IČO: 25065939.**

Pořadí nabídek:

1. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.

nabídková cena:

111.770,00 Kč bez DPH

8. Označení poddodavatelů dodavatelů

Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva.

V Hradci Králové

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan