

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ZADAVATEL: Univerzita Karlova
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Týká se součásti: 2. lékařská fakulta
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Jednající: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
IČO: 00216208

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„UK2LF – Rehabilitace v imerzní virtuální realitě“

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu: Operační program Jan Amos Komenský,
Výzva č. 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů
Název projektu: PhD infra, registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0005514

Výše uvedený zadavatel Vám analogicky v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OTÁZKA Č. 1

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 1:

Prosím o upřesnění k příloze 1 - Technické dokumentace. Konkrétně k položce Trénink správného chování zdravotníka na pracovišti (min. 5 aplikací) v části Požadavky na knihovnu aplikací ve VR.

Moje dotazy jsou:

- Jedná se o chování jakéhokoli zdravotníka na jakémkoli pracovišti nebo jde o chování pracovníka rehabilitace a má přímou souvislost s rehabilitací? Ideálně bych poprosila o uvedení příkladu.

OTÁZKA Č. 2

Musí aplikace pro zdravotníky splňovat všechny body uvedené v sekci Systém pro ovládání, řízení a správu VR obsahu? Pokud ne, tak které ano?

OTÁZKA Č. 3

Předpokládám, že minimální obsah softwaru, konkrétně Certifikace zdravotnického prostředku - CE, UDI-DI, se netýká těchto aplikací. Vzhledem k tomu, že není používáno pro pacienty. Prosím o potvrzení.

ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

K otázce č. 1:

Účelem těchto aplikací by měla být možnost posoudit, jak se daný pracovník chová ve zdravotnickém prostředí, případně jej provést konkrétní problematikou. Například, jak by se zachoval vůči pacientovi, který má problém s motorikou horních končetin a provést ho postupem, která cvičení by pro pacienta měl zvážit. Vzhledem k plánovanému využití primárně v rehabilitačním prostředí, raději bychom, aby se týkaly tyto aplikace rehabilitace.

K otázce č. 2:

Pro tento typ aplikací bychom chtěli, aby se dala spustit z externího ovládacího zařízení (bod Spouštění a ukončování aplikací – jeden headset) a pozorovat z externího ovládacího zařízení (bod Vzdálené sledování obsahu).

K otázce č. 3:

Ano, předpokládáte správně. Tento typ aplikací není určen pro pacienty a nebudeme pro něj vyžadovat Certifikaci zdravotnického prostředku.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel lhůtu pro podání nabídek **prodlužuje do čtvrtka 27. 6. 2024 nejpozději do 10.00 hod.**

D. Moravcová

