

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – Ph.D. Infra pro UK – Zobrazovací systém pro detekci fluorescence a chemiluminiscence a obecnou dokumentaci a analýzu gelů

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-025264**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

(dále jen „**zadavatel**“)

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den,

dovolujeme se dotázat:

1) Bude zadavatel akceptovat manuální otevírání dvířek místo uvedeného automatického otevírání dvířek?

2) Místo 1 tb cloudového úložiště můžeme nabídnout připojení k NAS, tedy k disku, který se připojuje do sítě a ke kterému je možné připojit se i z vnější sítě. Bude takové řešení zadavatel akceptovat?

3) Bude zadavatel akceptovat váhu přístroje 65 kg místo uvedených 55 kg?

Předem Vám děkuji za Vaše odpovědi.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

1) Zadavatel nebude akceptovat manuální otevírání dvířek místo požadovaného automatické otevírání dvířek pro vložení vzorku. Automatické otevírání dvířek výrazně usnadňuje práci se vzorky a zvyšuje bezpečnost práce při manipulaci s toxickými látkami.

2) Z provozních důvodů zadavatel trvá na svém požadavku na technický parametr cloudové úložiště s kapacitou alespoň 1TB na uživatele.

3) Zadavatel nebude akceptovat váhu přístroje 65 kg místo maximální požadované hmotnosti 55 kg. Důvodem je přesně určené budoucí umístění přístroje a z toho vyplývající technické parametry včetně maximálních rozměrů a hmotnosti.

V Hradci Králové

Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan

v z. doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
proděkan pro rozvoj a informatiku