

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

ZADAVATEL: Univerzita Karlova
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Týká se součásti: 2. lékařská fakulta
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Jednající: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
IČO: 00216208

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: **„UK2LF – Rehabilitace v imerzní virtuální realitě“**

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu: Operační program Jan Amos Komenský,
Výzva č. 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů
Název projektu: PhD infra, registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0005514

Výše uvedený zadavatel Vám analogicky v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OTÁZKA Č. 1

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 1:

Zadavatel ve vysvětlení č. 1 ze dne 21.06, 2024 uvedl, cit:

„K otázce č. 3:

Ano, předpokládáte správně. Tento typ aplikací není určen pro pacienty a nebudeme pro něj vyžadovat Certifikaci zdravotnického prostředku“.

Náš dotaz zní:

V návaznosti na výše uvedenou odpověď zadavatele, chceme požádat zadavatele o úpravu zadávací dokumentaci zejména Přílohu č. 1 Technická specifikace a Přílohu č. 3 Závazný návrh smlouvy tak, aby byly v souladu s odpovědí zadavatele.

Konkrétně :

- 1. v Příloze č. 1 Technická specifikace, která pak bude tvořit přílohu ke smlouvě v sekci: “Software musí obsahovat minimálně” vyjmul požadavek na software „Certifikace zdravotnického prostředku - CE, UDI-D“.*
- 2. v Příloze č. 3 V závazném návrhu smlouvy v čl. II ods. 4 vypustil text “SW musí mít certifikaci zdravotnického prostředku – CE, UDI-DI...”*

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 2:

V návaznosti na zrušení povinnosti prokázání certifikace zdravotnického prostředku – CE, UDI-DI zadavatele, ze dne 21.06.2024, tímto žádáme o vysvětlení, resp. zrušení požadavku zadavatele v zadávací dokumentaci bod 7.2 Požadavky na zpracování a obsah nabídky a na předložení e) prohlášení o shodě k nabízenému plnění (CE). Tyto dvě potvrzení spolu úzce souvisí, a tím, že se software nebude používat pro pacienty, není požadavek zadavatele na předložení prohlášení o shodě k nabízenému plnění (CE) oprávněný nebo opodstatněný v této zakázce.

ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

K otázce č. 1 a 2

Software jako celek bude používán pro pacienty, proto jako celek certifikaci zdravotnického prostředku potřebuje. Některé aplikace (v zadávací dokumentaci část "Trénink správného chování zdravotníka na pracovišti (min. 5 aplikací)") však mohou být využívány bez reálného pacienta. Pacient totiž bude pro zdravotníka pouze virtuální a tedy ne skutečný. Ostatní aplikace (např. Využití pro fyzioterapii (min. 10 aplikací)) totiž již s pacienty určitě pracovat bude.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodlužuje do 1. 7. 2024 nejpozději do 8.00 hod.

D. Moravcová

