

## Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek č. 1

### Zadavatel veřejné zakázky:

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta  
se sídlem Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2  
IČO: 00216208

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek č. 1 veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

**„Germániový (HPGe) detektor“**  
(Systémové číslo: P24V00000801)

DOTAZ Č. 1

Můžete prosím potvrdit, zda v rámci výběrového řízení požadujete samostatný zdroj vysokého napětí (VN)?

Zdroj VN je obvykle součástí analyzátoru (MCA), který ale není poptáván.

Pokud požadujete samostatný zdroj VN, můžete prosím specifikovat, zda má být standardu NIM nebo jiný?

ODPOVĚĎ Č. 1

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, požadujeme jako součást dodávky také samostatný zdroj vysokého napětí pro HPGe detektor.

Může se jednat buď o modul standardu NIM nebo o stand-alone samostatnou jednotku s napájením ze sítě AC 230 V.

Zdroj vysokého napětí musí být vybaven funkcí vypnutí vysokého napětí v případě ohřátí detektoru (HV inhibit).

Součástí dodávky musí být také propojovací kabely mezi HPGe detektorem a zdrojem vysokého napětí.

Lhůta pro podání nabídek vzhledem k povaze odpovědí zůstává nezměněna.

V Praze dne

Za Zadavatele:

Ing. Jan Lauterkranz