



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce na dodávky s názvem

„LFP - Narkotizační přístroj“

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA, děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Ondřej Škrabal
tel.: +420 377 593 486
e-mail: ondrej.skrabal@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 5. 8. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

požaduje zadavatel také intubační zařízení? Pokud ano, kolik takových kitů bude potřebovat s ohledem na požadavek pro velikosti zvířat od 100 g do 100 kg?

Požaduje zadavatel nějaké filtry pro zachytávání izofluranu (tedy je tímto myšlen absorbér), nebo bude vše svedeno do odtahu a řešeno jiným způsobem?

Děkuji a přeji pěkný den.

Odpověď č. 1:

Součástí dodávky předmětu plnění není intubační zařízení a zadavatel jej tedy nepožaduje.

Zadavatel požaduje, aby součástí přístroje byla aktivní odsávací jednotka a absorbér umožňující plnění aktivním uhlím.

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadavatel **neprodukuje** lhůtu pro podání nabídek.

Zástupce zadavatele
Mgr. Ondřej Škrabal