

# VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

## Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**LF HK – NETPHARM – Ultracentrifuga**

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-034676**

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

### **ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové**

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

(dále jen „*zadavatel*“)

**V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)** zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na základě předchozí žádosti dodavatele, takto:

Vzhledem k tomu, že žádost dodavatele nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 zákona, není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 zákona.

### **Dotaz č. 1**

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Pro úhlový rotor s kapacitou 35 až 40 ml požadujete odstředivou sílu alespoň 500 000 x g. Námí nabízený rotor dosahuje odstředivou sílu 429 000 x g. Bylo by, prosím, možné přehodnotit tento požadavek?*

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Ne, zadavatel trvá na stanovených technických parametrech předmětu veřejné zakázky. Vysoké centrifugační rychlosti s odstředivou silou alespoň 500.000 x g zadavatel potřebuje pro izolaci subcelulárních částic a zejména velmi malých membránových exosomů, prostřednictvím kterých dochází k mezibuněčné komunikaci.

**Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.**

V Hradci Králové dne 20.08.2024

---

**Univerzita Karlova,**  
**Lékařská fakulta v Hradci Králové**  
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan