



UNIVERZITA KARLOVA
1. lékařská fakulta

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen „VZ“):

Název VZ: UK 1. LF – Hlubokomrazicí box pro III. Interní kliniku – endokrinologie a metabolismu

Druh VZ: Nadlimitní otevřené řízení na dodávky

DBID: 8666

ZADAVATEL:

Univerzita Karlova se sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění
do obchodního rejstříku se nezapisuje

ID datové schránky: pijj9b4

ve věci součástí: **1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2**

zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

Zadavateli byla dne 29. 8. 2024 doručena písemná žádost vztahující se k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. Na základě této žádosti poskytuje zadavatel dodavatelům následující vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dobrý den,

prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné VZ:

Požadujete nastavitelné rozmezí teplot pevně min. -40 až min -86°C. Je možné nabídnout zařízení, u kterého je možné nastavení teplot v rozsahu -50°C až -86°C? Domníváme se, že se jedná o typický rozsah nastavení teploty pro laboratorní hlubokomrazicí boxy splňující zamýšlený účel používání.

Předem děkujeme za vaši odpověď.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,

rozmazí -50°C až -86°C akceptujeme a spadá do našeho kritéria. Je míněno, že můžeme nastavit -40°C a níže.

V souvislosti s vysvětlením zadávacích podmínek zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze

.....
Iveta Stachová
vedoucí odd. veřejných zakázek 1. LF UK