



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Výzva k podání nabídek:	FAF UK - Microplate Reader
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03
Způsob zadání	Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.
Osoba zastupující zadavatele:	doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan FaF UK

Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky v rámci shora uvedené veřejné zakázky, a to na základě písemných dotazů dodavatele.

1)

Dotaz:

1) Zadavatel požaduje možnost rozšíření o fluorescenční polarizaci. Vzhledem k historickému vývoji spektroskopických metod je metoda fluorescenční polarizace metodou zastaralou a v naprosté většině aplikací byla nahrazena jinými, citlivějšími metodami. Bude zadavatel akceptovat zařízení splňující zamýšlený účel bez možnosti rozšíření o fluorescenční polarizaci?

Odpověď: **NE, zadavatel nebude toto zařízení akceptovat.**

2)

Dotaz:

2) Zadavatel požaduje rozsah luminiscence 300-700 nm. Pro naprostou většinu aplikací je vyhovující rozsah luminiscence 360-670 nm. Bude zadavatel akceptovat zařízení splňující stanovený účel s rozsahem luminiscence 360-670 nm?

Odpověď: **NE, zadavatel nebude toto zařízení akceptovat.**

3)

Dotaz:

3) Zadavatel požaduje u fluorescence dynamický rozsah 7 řádů, přičemž není definováno, zda jde o hodnotu při horním anebo spodním odečtu. Bude zadavatel splňovat zařízení splňující zamýšlený účel s dynamickým rozsahem intenzity fluorescence při horním odečtu >6 řádů?

Odpověď: **ANO, zadávací podmínky bude splňovat zařízení s dynamickým rozsahem intenzity fluorescence při horním odečtu >6 řádů.**

4)

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje

Dle povahy vysvětlení a dle datumu zveřejnění tohoto vysvětlení zadávacích podmínek se lhůta pro podání nabídek prodlužuje do:

03. 10. 2024, do 10-ti hodin.

V Hradci Králové dne 16. 9. 2024

Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové