

Obecné podmínky pro dodávku přístrojů

Není-li u jednotlivých přístrojů a zařízení uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, platí pro všechny přístroje následující obecné požadavky:

- Technické požadavky zadavatele jsou z hlediska kvality požadavkem minimálním. Dodavatel může nabídnout zboží stejné nebo lepší kvality.
- Je-li uveden parametr rozsahem (např. teplota 20 – 80 °C) jedná se o minimální požadovaný rozsah a je možné dodat zařízení s rozsahem větším, vždy však s respektováním jak minimální, tak maximální hodnoty.
- Pokud jsou udávány rozměry, které nemají přímý dopad na celkové rozměry sestav, popř. funkci nebo neomezují možnost umístění či užívání, je možné navrhnout odchýlný rozměr, každý takový případ je však podmíněn schválením zadavatele.
- Od předepsaných rozměrů, které nebudou mít podstatný vliv na velikost sestavy, základní užité vlastnosti apod. je možné se odchýlit nejvýše o 5 % a taková odchylka je vždy podmíněna schválením objednatele.
- Pokud není uvedeno jinak, budou relevantní zařízení napájena jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E.
- Vzhledem ke standardu ICT, který používá zadavatel, je potřeba dodržet dále uvedené min. parametry pro dodávané PC, HW a SW vybavení:
 - Je požadována aktuálně podporovaná verze operačního systému (aktuálně MS Windows 10) a kompatibilita HW dodávané techniky pro možnost budoucího provedení upgrade na systém min. MS Windows 11 deklarovaná výrobcem nebo doložená jiným způsobem.
 - Operační systém musí být dodán v časově neomezené licenci pro komerční využití a provozu v podnikovém prostředí v souladu s informacemi výrobce operačního systému. Je vyloučené dodávat operační systémy určené pro domácí nebo nekomerční či jinak limitované využití, testovací verze nebo verze s nedokončeným vývojem apod.
 - Dodavatel bude provádět aktualizace operačního systému a instalovat bezpečnostní záplaty, které opravují zranitelnosti a chyby v operačním systému automaticky k termínu jejich vydání a v souladu s doporučením výrobce SW.
 - V případě dodávky podpůrných a obslužných SW k přístroji dodaných dodavatelem je požadována jeho (jejich) dodávka v poslední verzi stanovené výrobcem k datu dodání a dále s možností udržovat tento (tyto) SW v bezpečném stavu pomocí doporučených aktualizací vydávaných jeho výrobcem min. po celou dobu záruky. Dále dodavatel garantuje budoucí možnost prodloužení podpory dodávaného SW min. o 5 let.
 - V případě podpůrných a obslužných SW dodaných dodavatelem ke konkrétnímu přístroji bude tento SW dodán s časově neomezenou licencí pro komerční využití bez dalších časových a licenčních omezení. Všechny příslušné licence budou uvedené na dodacím listu, včetně jejich přesného obchodního názvu, množství a verze a je-li to relevantní, provede dodavatel jejich registraci na portálu výrobce v souladu s jeho obecnými doporučeními a standardy.
 - Je-li to licenčně umožněno, zajistí dodavatel zadavateli trvalý přístup k instalačním sadám dodávaného SW, k novým verzím a aktualizacím min. po celou dobu trvání záruky.
 - V případě podpůrných a obslužných SW dodaných dodavatelem ke konkrétnímu přístroji musí být plně podporován režim jejich běhu pod právy běžného uživatele. Není dovoleno provozovat SW pod účty uživatelů s vysokým oprávněním nad operačním systémem (typicky administrator, root apod).

- Pokud je požadována komunikace přístroje do internetu, lze tak činit pouze bezpečným způsobem, výhradně přes kabelovou datovou síť FN Plzeň. Připojení do ethernetové sítě FN Plzeň bude realizováno prostřednictvím speciální VLAN s omezeným minimálním přístupem do sítě FN Plzeň i internetu (pouze vybrané IP adresy a porty).
- Pokud je v rámci specifikace zadavatelem vyžadován přístup na PC vzdáleně z internetu nebo to vyplývá ze standardních servisních procesů dodavatele, lze tak činit pouze v souladu s bezpečnostními standardy FN Plzeň. Tedy přístup pouze na omezenou dobu na povolení s využitím VPN. Pro tyto účely bude uzavřena smlouva mezi dodavatelem a FN Plzeň.
- Dodávaný SW a HW nesmí být takový, který NÚKIB označil jako hrozbu pro kybernetickou bezpečnost. Zároveň dodavatel zajistí náhradu takového SW a HW za bezpečný, pokud by taková skutečnost nastala min. v průběhu záruky.

Součástí dodávky bude zejména, ale nikoliv výlučně:

- Součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (dle relevance, např. CE, revize apod.) či další dokumentace vyžadovaná zadávací dokumentací.
- Součástí dodávky budou všechny související činnosti a materiál nutný k instalaci a zprovoznění předmětu zakázky zejména ale nikoliv výlučně doprava, manipulace, montáž a instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média (pokud je relevantní), provedení zkoušky plné funkčnosti a zaškolení obsluhy, napojení na požadovaná média, ověření funkčnosti a zaškolení, drobný instalační materiál, likvidace obalů apod.
- Jestliže to charakter připojení dle platných předpisů vyžaduje (připojení rozvodů plynu, elektrorozvodů apod.), bude součástí dodávky také revizní zpráva pro realizovanou část připojení.
- Dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení – tedy např. i kabely, žárovky, baterie, lampy, apod.