

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

**ZADAVATEL:** Univerzita Karlova  
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1  
Týká se součásti: 2. lékařská fakulta  
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol  
Jednající: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy  
IČO: 00216208

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„UK2LF – Ventilační jednotka pro IVC stojany s příslušenstvím a přestýlací stanice pro laboratorní zvířata“**

Výše uvedený zadavatel Vám analogicky v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

### ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**OTÁZKY ZE DNE 25.9.2024**

#### Znění žádosti o rozšíření zadávací dokumentace:

Dobrý den,  
rádi bychom požádali o rozšíření technické specifikace, abychom mohli nabídnout adekvátní systém IVC nádob a klecí.

Žádáme o následující změny:

1 – Ze ZD: Ventilační jednotka je spojena se stojany pouze pružnou hadicí, spojení vylučuje přenos vibrací na stojan, spojení není realizováno mechanicky pevným spojem, umožňuje rozpojení bez použití nástroje.

*Žádáme rozšířit na:*

*Ventilační jednotka je spojena se stojany pouze pružnou hadicí, spojení vylučuje přenos vibrací na stojan, spojení není realizováno mechanicky pevným spojem, umožňuje rozpojení bez použití nástroje nebo odlišným způsobem za prokázání minimálního přenosu vibrací.*

2 – Ze ZD: Součástí jednotky je samonosný stojan umožňující instalaci ventilační jednotky tak, aby pod ní byl prostor pro umístění jednoho nebo dvou IVC stojanů v provedení dle zadání (Stojany IVC pro alespoň 75 chovných nádob pro myši).

*Žádáme rozšířit na:*

*Součástí jednotky je samonosný stojan umožňující instalaci ventilační jednotky tak, aby pod ní byl prostor pro umístění jednoho nebo dvou IVC stojanů v provedení dle zadání (Stojany IVC pro alespoň 75 chovných nádob pro myši) případně využití vlastního stojanu IVC pro instalaci jednotky.*

3 – Ze ZD: Rozvod vzduchu ve stojanu je řešen snadno demontovatelnými horizontálními rozvodnými trubkami (horní přívod, dolní odtah). Rozvodné trubky do jednotlivých nádob jsou

vedeny svisle pro zamezení usazování zbytků podestýlky a pomocí spojek napojeny na horní a dolní rozvodnou trubku.

*Žádáme rozšířit na:*

*Rozvod vzduchu ve stojanu je řešen snadno demontovatelnými horizontálními či vertikálními rozvodnými trubkami.*

*Rozvodné trubky do jednotlivých nádob jsou vedeny svisle či vodorovně pro zamezení usazování zbytků podestýlky.*

4 – Ze ZD: Spodní řada nádob musí být minimálně 200 mm nad podlahou, horní řada nádob maximálně 2100 mm nad podlahou.

*Otázka:*

*Je možné tuto parametr překročit u zvýšení dodávané kapacity nádob?*

5 – Ze ZD: Těsnění je snadno vyjmutelné (výměnné), je integrované do spodní části nádoby.

*Žádáme rozšířit na:*

Těsnění je snadno vyjmutelné (výměnné), je integrované do spodní části nádoby či spodní části víka.

6 – Ze ZD: Kryt nádoby je opatřen samouzavíratelnými ventily s těsněním pro přívod a odvod vzduchu a ventilem na vstupu pro pítka.

*Žádáme rozšířit na:*

*Kryt nádoby je opatřen samouzavíratelnými ventily s těsněním pro odvod a případně pro přívod vzduchu a ventilem na vstupu pro pítka.*

7 – Ze ZD: Vnější rozměry do 1650 x 8100 x 2300 mm (š x h x v)

*Žádáme rozšířit na:*

*Vnější rozměry do 1650 x 810 x 2300 mm (š x h x v)*

## **ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

### **K žádosti č. 1:**

NE – Zadavatel nepřipouští žádný způsob spojení ventilační jednotky se stojany, který by umožnil i minimální přenos vibrací, vibrace myším prokazatelně neprospívají.

### **K žádosti č. 2:**

NE – V případě umístění jednotky přímo na stojanu dochází z ní dle zkušeností zadavatele k přenosu vibrací, viz bod 1.

**K žádosti č. 3:**

NE - Tyto směry jsou vybrány z důvodu snadné čistitelnosti a neusazování zbytků podestýlky v jednotlivých rozvodných trubkách, ale jen v jedné, která je jednoduše čistitelná.

**K otázce č. 4:**

NE – Spodní limit nelze překročit z důvodu možnosti úklidu pod stojany a horní hranici nelze překročit z důvodu obslužnosti stojanu obsluhou.

**K žádosti č. 5:**

ANO – Pokud bude klec utěsněna, nezáleží na tom, zda je těsnění integrované do nádoby či víka.

**K žádosti č. 6:**

NE – Pokud by byl ve víku jen jeden ventil pro přívod nebo odvod vzduchu, druhý ventil musí být umístěn jinde, a to v nádobě na myši. Tím se stává nádoba asymetrická a je obtížnější sestavení celé chovné nádoby.

**K žádosti č. 7:**

Ano – Zadavatel umožňuje podat nabídku s vnějšími rozměry do 1650 x 810 x 2300 mm (š x h x v), původně požadovaný rozměr na hloubku stojanu 8100 mm byl administrativní chybou, děkujeme za upozornění.

**Prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

Zadavatel lhůtu pro podání nabídek **prodlužuje vzhledem k dodatečným informacím do 10.10.2024 nejpozději do 10.00 hod.**

D. Moravcová  
Administrátor