



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: „Přístroje 2“
Ev. číslo VVZ : Z2018-008281

ZADAVATEL

Název: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Sídlo: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

podlimitní veřejná zakázka s názvem „Přístroje 2“ (dále „Veřejná zakázka“) dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel obdržel dne 24. 4. 2018 dotaz k zadávacím podmínkám výše specifikované veřejné zakázky s následujícím zněním:

Žádost o vysvětlení č. 5

DOTAZ č. 1:

1) EEG telemetrie a příslušenství je zamýšleno pro 4 zvířata? (a v případě tak kolik kanálů pro jedno zvíře?), nebo zda to mají být 4 kanály pro jedno zvíře? Můžete též prosím potvrdit zda se jedna o potkany nebo o myši?

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel uvádí v odpovědi na tento dotaz, že EEG telemetrie a příslušenství je zamýšleno pro 4 zvířata. Budou to potkani a pro každé zvíře by měly být 4 kanály.

DOTAZ č. 2:

2) První dvě položky v části 3 přístrojů pro fyziologii jsou elektrofyziologická pracovní stanice + OmniDrive high precision micropositioner s vrtacím robotem. Tyto dvě položky jsou unikátní a vyrábí je pouze jedna firma <http://neurostar.de/electrophysiology/> a proto bych se vás chtěl zeptat, jestli byste z nich mohli udělat samostatnou část. V části 3 můžeme nabídnout telemetrické zařízení a příslušenství a též veškeré inhalační euthanasii a anestetické zařízení, stejně jako předpokládám i další jiné firmy, které mají podobné zařízení v nabídce, avšak ty první dvě položky jsou dle specifikace unikátní zařízení, a jak jsem zmínil, vyrábí a prodává je pouze jedna firma. Chtěl bych vás tímto dotazem požádat o jejich zařazení do samostatné části, v opačném případě by to bylo napsané na jednu konkrétní firmu, jak vyplývá ze specifikace v zadání.

ODPOVĚĎ č. 2:

Zadavatel trvá na stávajícím nastavení technické specifikace a požadavku na dodávku přístrojů v rámci jedné části, a to z důvodu, že všechny přístroje budou pracovat současně a ve vzájemné kooperaci při provádění jednoho typu pokusu. Pro zadavatele je tedy naprosto zásadní vzájemná propojitelnost a kompatibilita jednotlivých přístrojů poptávaných v rámci veřejné zakázky. Elektrofyziologická pracovní stanice s OmniDrive - high precision micropositioner musí být kompatibilní s vrtacím robotem, EEG kamerou i anestezií/eutanázií. V rámci jednoho pokusu zadavatel potřebuje zvíře uspat, pod stereotaktickým přístrojem v anestezii operovat a následně registrovat EEG, včetně kamerového záznamu. V zásadě se tak bude jednat o jednu stanici složenou z více přístrojů, fungujících současně. Z dotazu tazatele však nijak nevyplývá, zda je i v případě rozdělení zakázky na části vzájemná kompatibilita přístrojů zaručena.

Charakter odpovědi na Žádost o vysvětlení č. 5, kdy tyto odpovědi nemohou rozšířit okruh potencionálních dodavatelů, nezavdává příčinu k prodloužení lhůty k podání žádosti o účast.

Nicméně kvůli administrativnímu pochybení prodlužuje zadavatel lhůtu k podání žádosti o účast o 1 den do 9. 5. 2018 do 10:00.

V Praze dne 26. 4. 2018

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.,
děkan