



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 48-2024

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA, děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Ondřej Škrabal
tel.: +420 377 593 486
e-mail: ondrej.skrabal@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dotčeném dynamickém nákupním systému:

Dotaz č. 1 (Část 2):

Bude zadavatel v části č. 02 akceptovat řešení jedné centrifugy?

S centrifugou by byly nabízeny a dodány rotory jak pro 15 ml kónické zkumavky, tak rotor pro mikrotitrační desky. Výhodou centrifugy do budoucna je to, že zadavatel může kdykoli přikoupit potřebný rotor, např. pro 1,5/2 ml zkumavky.

Dále máme dotaz, zda má být centrifuga chlazená, či nikoliv.

Odpověď č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat řešení navrhované dodavatelem, jelikož se jedná o centrifugy, které budou rozmístěny na různých pracovištích.

Zadavatel nepožaduje chlazené centrifugy.

Dotaz č. 2 (Část 5))

Bude zadavatel v části 5, položka 4. akceptovat pipetu o rozsahu 0,1-3 ul? Přikládám obrázek hodnot systematické a nahodilé chyby.

(μL)	(μL)	(μL)	(%)	(μL)	(%)	(μL)
0.1-3	0.002	3	1.4	0.042	0.8	0.024
		1.5	2.6	0.039	1.6	0.024
		0.3	10.0	0.030	6.0	0.018



Odpověď č. 2:

Ano, zadavatel bude toto řešení akceptovat, jelikož se dle názoru zadavatele jedná o technicky lepší řešení.

Změna zadávacích podmínek:

Zadavatel do Přílohy č. 1 Výzvy (specifikace zboží) doplnil v části 2 a 4 veřejné zakázky sloupec pro identifikaci nabízené zboží, kde dodavatel uvede, jaký konkrétní výrobek v rámci veřejné zakázky nabízí.

Zároveň zadavatel stanovil pro položku č. 2 v části 2 požadavek na minimální záruční dobu v délce 2 let.

Vzhledem k nutnosti prodloužit lhůtu pro podání nabídek mění zadavatel dobu plnění takto:

„Doba plnění: část 4 veřejné zakázky – do 30 kalendářních dnů od účinnosti objednávky
ostatní části veřejné zakázky **nejpozději do 20. 12. 2024**“

V tomto smyslu zadavatel mění i ustanovení článku „Platební a obchodní podmínky“ takto:

Kupní cena bude kupujícím uhrazena jako jednorázová platba v korunách českých na základě účetního a daňového dokladu - faktury - **doručeného kupujícímu nejpozději do 20. 12. 2024**. Faktura bude zaslána emailem na adresu kupujícího ekonom@lfp.cuni.cz. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání a převzetí předmětu plnění.

Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 1 Výzvy – specifikace zboží

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do dne 17. 10. 2024 9:00 hod.

Za zadavatele
Mgr. Ondřej Škrabal