



UNIVERZITA KARLOVA
1. lékařská fakulta

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen „VZ“):

Název VZ: UK 1. LF – Polysomnografický systém pro Neurologickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze

Druh VZ: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky – otevřená výzva

DBID: 8754

ZADAVATEL:

Univerzita Karlova se sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění
do obchodního rejstříku se nezapisuje

ID datové schránky: pijj9b4

ve věci součástí: **1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2**

zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

Zadavateli byla dne 13. 10. 2024 doručena písemná žádost vztahující se k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. Na základě této žádosti poskytuje zadavatel dodavatelům následující vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dobrý den,

chtěl bych Vás požádat o vyjádření k potřebným formátům pro export a import. Tyto body specifikace obsahují formáty jednoho z výrobců, tudíž je tento požadavek diskriminační pro jiné možné dodavatele. K přenosu dat navrhujeme pro export i import mezinárodní standardní formáty jako EDF/ EDF+ nebo ASCII.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel upravil Přílohu č. 1 kupní smlouvy – technická specifikace plnění, a to konkrétně odstranil zadavatelem používané formáty pro Import – Alice, Micromed (TRC), Brainlab u položky č. 29 a formát BrainRT u položky č. 30, neboť v současné době nejsou tolik využívány, avšak do budoucna se tento stav může změnit, a to zejména v rámci zahraničního partnerství v projektech zadavatele. Dodavatel však tyto odstraněné formáty nabídnout může.

Z důvodu množství grafů, které byly pořízeny již před nějakou dobou ve formátu Embla a stále se u zadavatele používají, je pro přenos dat nutné požadovat i formát Embla, který zadavatel požaduje a neostranil jej z Přílohy č. 1 kupní smlouvy, neboť má obavu, kdyby v pol. č. 29 požadoval pouze EDF/EDF+, jakým způsobem by byl schopen formát Embla konvertovat do EDF.

Zadavatel shrnuje popis položek č. 29 a 30:

29.	Aplikační sw musí podporovat následující formáty pro Import: EDF/EDF+, Embla
30.	Aplikační sw musí podporovat následující formáty pro export: EDF/EDF+, ASCII, seznamy událostí a hypnogramy do csv nebo txt

Takto stanovená technická specifikace je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS, č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr, neboť zadavatel tyto formáty pro import a export používá ve svých laboratořích a musí být zajištěna kontinuita výsledků výzkumu. Z toho vyplývá, že byl dodržen § 6 z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“) a nedošlo a ani nedochází k diskriminaci ostatních dodavatelů.

Příloha: Upravená Příloha č. 1 kupní smlouvy – technická specifikace plnění

V souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to o celou lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí 30. 10. 2024 v 10:00 hod.

V Praze

.....
Iveta Stachová
vedoucí odd. veřejných zakázek 1. LF UK