

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**zákon**“)

o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

LF HK – Ph.D. Infra pro UK – Zobrazovací systém pro detekci fluorescence a chemiluminiscence a obecnou dokumentaci a analýzu gelů

(dále jen „veřejná zakázka“)

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-036235**

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Sídlo:	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
IČO:	00216208
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému pro zobrazování, dokumentaci a analýzu různě značených gelů, membrán western blotů, kultivačních destiček a Petriho misek pro Ústav lékařské biochemie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o přístroj pro zobrazování, dokumentaci a analýzu gelů, membrán western blotů, kultivačních destiček a Petriho misek, které jsou kolorimetricky, fluorescenčně nebo chemiluminiscenčně značené, a využívá se k analýze DNA, stanovení změn v proteinové expresi a hodnocení buněčné proliferace.

Předmět plnění je blíže specifikován v technických, obchodních a jiných smluvních podmínkách, které jsou součástí příloh dokumentace zadávacího řízení.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

<u>CPV kód</u>	<u>Název</u>
33114000-2	Spektroskopické přístroje

3. Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem činí: **1.057.010,00 Kč bez DPH.**

4. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení dle § 56 zákona.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku na veřejnou zakázku:

Číslo účastníka	Identifikace účastníka	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	Animalab s.r.o., Na bateriích 505/57, 162 00 Praha 6 IČO: 03325008	883.786,80 Kč
2.	Life Technologies Czech Republic s.r.o., V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25761307	1.057.010,00 Kč

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Označení účastníků zadávacího řízení, kteří byli vyloučeni ze zadávacího řízení:

Název: Animalab s.r.o.
Sídlo: Na bateriích 505/57, 162 00 Praha 6
IČ: 03325008

Odůvodnění:

Zadavatel zahájil zadávací řízení veřejné zakázky dne 29.07.2024 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30.07.2024.

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky se dne 10.09.2024 uskutečnilo jednání hodnotící komise (dále jen „komise“), jež na základě rozhodnutí zadavatele v souladu s § 42 zákona plní úkoly spojené s hodnocením nabídek, posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzením mimořádně nízké nabídkové ceny, na kterém komise provedla hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Komise konstatovala, že účastník zadávacího řízení nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení – neprokázal splnění technických podmínek vymezující předmět veřejné zakázky v dále uvedeném rozsahu:

Zadavatel v odstavci 3.4 zadávací dokumentace stanovil, že v Příloze č. 5 zadávací dokumentace uvádí minimální funkční požadavky a očekávané technické parametry. Nesplnění některého z těchto minimálních funkčních a technických požadavků bude znamenat nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky a vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 zákona. Zadavatel připouští nabídnutí lepších parametrů, vlastností či funkcí.

Zadavatel v odstavci 16.12 zadávací dokumentace stanovil, že součástí nabídky musí být účastníkem zadávacího řízení řádně doplněná specifikace nabízeného plnění. Účastníkem zadávacího řízení předložená specifikace nabízeného plnění musí obsahovat minimálně údaje v rozsahu, ve struktuře a v členění podle specifikace předmětu plnění (Příloha č. 5 zadávací dokumentace). Z účastníkem zadávacího řízení předložené specifikace nabízeného plnění musí vyplývat, že účastníkem zadávacího řízení nabízené plnění splňuje minimální požadavky zadavatele uvedené ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 5 zadávací dokumentace). Specifikaci nabízeného plnění zadavatel doporučil zpracovat podle předlohy (Příloha č. 5 zadávací dokumentace). Účastník zadávacího řízení není oprávněn, vedle doplnění příslušných

údajů, provádět ve specifikaci plnění jakékoliv změny (zejména měnit strukturu a členění specifikace plnění, měnit názvy, popisy, měrné jednotky, počty měrných jednotek či jiné informace uvedené u jednotlivých položek specifikace plnění, doplňovat či odstraňovat položky specifikace plnění apod.).

Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění požadoval v části „Optika“ mimo jiné technický parametr přístroje „rozlišení“ s požadavkem „min. 9,1 megapixels“.

Účastník předložil v rámci své nabídky *Přílohu č. 5 ZD - Specifikaci předmětu plnění*.

V předložené příloze účastník uvedl „ANO, 20 megapixelů“ u požadovaného technického parametru „rozlišení“.

Účastník zároveň v rámci své nabídky předložil přílohu *Animalab - technická specifikace Western Blot, FUSION FX6*.

V předložené příloze účastník uvedl „Rozlišení obrazu: 20 megapixelů“ a dále uvedl „Nativní rozlišení: 2838 x 2224“.

Dle technické specifikace přístroje Fusion FX6 v originální brožuře výrobce, dostupné na internetových stránkách, je uvedeno nativní rozlišení 2838x2224, což odpovídá 6,3 megapixelů, nikoliv požadovaných 9,1 megapixelů.

Parametr „rozlišení“ vyjadřuje inherentní, pevně danou vlastnost optického snímače, která se nemění bez ohledu na nastavení softwaru nebo uživatelské preference. Představuje nejvyšší možné rozlišení, při kterém může snímač zachytit skutečná, nezpracovaná data a znamená maximální skutečné rozlišení, kterého může optika (snímač fotoaparátu) dosáhnout bez jakékoli softwarové interpolace. Jde tedy o nativní rozlišení senzoru kamery, které poskytuje obraz nejvyšší kvality bez softwarové modifikace.

Ze shora uvedených údajů je zřejmé, že účastník nabízí zadavateli systém pro zobrazování, dokumentaci a analýzu gelů, western blotů, destiček a Petriho misek s jiným nativním rozlišením kamery, než požadoval zadavatel.

Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění požadoval mimo jiné technický parametr přístroje „inkorporovaný počítač“ s požadavkem „ano“.

Účastník předložil v rámci své nabídky *Přílohu č. 5 ZD - Specifikaci předmětu plnění*.

V předložené příloze účastník uvedl „ANO“ u požadovaného technického parametru „inkorporovaný počítač“.

Dle technické specifikace přístroje Fusion FX6 v originální brožuře výrobce, dostupné na internetových stránkách, je Fusion FX6 plně automatický, počítačem kontrolovaný zobrazovací systém. Dle fotografií v brožuře počítač není integrální, vestavěnou součástí zobrazovacího systému, ale samostatně stojící komponentou.

Ze shora uvedených údajů je zřejmé, že účastník nabízí zadavateli systém pro zobrazování, dokumentaci a analýzu gelů, western blotů, destiček a Petriho misek bez inkorporovaného počítače, jak požadoval zadavatel.

Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění požadoval mimo jiné technický parametr přístroje „rozměry (šxvxh)“ s požadavkem „maximálně 450 x 650 x 700 mm“.

Účastník předložil v rámci své nabídky *Přílohu č. 5 ZD - Specifikaci předmětu plnění*.

V předložené příloze účastník uvedl „ANO, 400 x 500 x 790 mm, pro zajištění stability a většího manipulačního prostoru se vzorky“ u požadovaného technického parametru „rozměry (šxvxh)“.

Ze shora uvedených údajů je zřejmé, že účastník nabízí zadavateli systém pro zobrazování, dokumentaci a analýzu gelů, western blotů, destiček a Petriho misek o jiných rozměrech, než požadoval zadavatel. Účastníkem uvedená hloubka přístroje nesplňuje maximální rozměr hloubky stanovený zadavatelem. Budoucí umístění přístroje je jednoznačně dané a neměnné. To vychází jednak z hmotnosti přístroje a také z faktu, že přístroj bude intenzivně využíván větším množstvím osob, a tudíž nesmí omezovat provoz v jiných laboratořích. Hloubka laboratorního stolu je 750 mm, nicméně maximální hloubka přístroje je 700 mm, protože nad stolem se nachází lišta se zásuvkami, což snižuje využitelnou hloubku stolu.

Účastník zadávacího řízení tak neprokázal splnění veškerých zadavatelem stanovených technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky.

Zadavatel na základě výše uvedených skutečností rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení tak, jak je shora uvedeno.

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Vybraný dodavatel:

Účastník: **Life Technologies Czech Republic s.r.o.**
Sídlo: V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 25761307

Komise při hodnocení nabídek v souladu s § 47 odst. 3 zákona nezohlednila účastníka zadávacího řízení Animalab s.r.o., IČO: 03325008, se sídlem: Na bateriích 505/57, 162 00 Praha 6, který byl dne 12.09.2024 ze zadávacího řízení vyloučen a do okamžiku hodnocení nabídek mu nezanikla účast v zadávacím řízení.

Odůvodnění výběru:

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle nejnížší nabídkové ceny.

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 zákona jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu, přičemž nabídky byly vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnížší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnížší nabídkovou cenou.

Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek

Shora uvedeným způsobem byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky: **Life Technologies Czech Republic s.r.o., V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25761307.**

Pořadí nabídek:

1.	Life Technologies Czech Republic s.r.o.	nabídková cena:	1.057.010,00 Kč bez DPH
-----------	--	-----------------	--------------------------------

8. Označení poddodavatelů dodavatelů

Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva.

9. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Nadlimitní VZ nebyla rozdělena na části z důvodu funkční, věcné, časové a místní souvislosti požadovaných dodávek.

S ohledem na charakter požadovaného plnění a totožný okruh potencionálních dodavatelů zadavatel nepovažoval za účelné veřejnou zakázku rozdělit na části, přičemž nerozdělením veřejné zakázky na části nedošlo k omezení hospodářské soutěže.

V Hradci Králové

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan