

Písemná zpráva zadavatele

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Název zakázky:	FAF UK – Autokláv
Druh a rozsah zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle zákona.
Datum vyhlášení zakázky:	27. 08. 2024
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Sídlo jednající součásti:	Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové
Osoba zastupující zadavatele:	doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě

1.1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Sídlo: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové
IČO: 00216208
Zastoupený: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

1.2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tohoto přístroje pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové: **autokláv**.

1.3. Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě činí 337 870 Kč bez DPH

2. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Datum a čas doručení nabídky	Poznámka
1.	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.	Vídeňská 1398/124 14800 Praha	25065939	25.09.2024 10:49	
2.	TRIGON PLUS s.r.o.	Západní 93 25101 Čestlice	46350110	26.09.2024 10:03	
3.	MERCI, s.r.o.	Hviezdoslavova 1192/55b 62700 Brno	46966447	26.09.2024 14:57	

3. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Zadavatel ze zadávacího řízení vyloučil tyto účastníky:

Účastník č. 1 – SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o., IČO: 25065939, sídlo: Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha

Účastník č. 1 nabídl zadavateli přístroj s označením: Tuttnauer 2840 EL-D.

Tento přístroj však neumožňuje odstranění vzduchu vakuem, což je nezbytným krokem při sterilizaci dutých laboratorních pomůcek, jako jsou pipetovací špičky, pipety a jiné laboratorní pomůcky užívané na pracovišti, u kterých by mohlo docházet k tvorbě vzduchových kapes a znehodnocení sterilizačního procesu. Tento požadavek byl uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace s názvem: Technická specifikace, v tomto požadavku: *...použitelnost pro sterilizaci laboratorních pomůcek (pipetovací špičky aj.)*). Nabízený přístroj Tuttnauer 2840EL-D nesplňuje zadaný parametr, protože nemá možnost využití vakua.

Z tohoto důvodu zadavateli nezbylo než účastníka č. 1 vyloučit ze zadávacího řízení, a to dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona, pro nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník č. 2 – TRIGON PLUS s.r.o., IČO: 46350110, sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice

Účastník č. 2 nabídl zadavateli přístroj s označením: Tuttnauer 2840 EL-D.

Tento přístroj však neumožňuje odstranění vzduchu vakuem, což je nezbytným krokem při sterilizaci dutých laboratorních pomůcek, jako jsou pipetovací špičky, pipety a jiné laboratorní pomůcky užívané na pracovišti, u kterých by mohlo docházet k tvorbě vzduchových kapes a znehodnocení sterilizačního procesu. Tento požadavek byl uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace s názvem: Technická specifikace, v tomto požadavku: *...použitelnost pro sterilizaci laboratorních pomůcek (pipetovací špičky aj.)*). Nabízený přístroj Tuttnauer 2840EL-D nesplňuje zadaný parametr, protože nemá možnost využití vakua.

Z tohoto důvodu zadavateli nezbylo než účastníka č. 2 vyloučit ze zadávacího řízení, a to dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona, pro nesplnění zadávacích podmínek.

4. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva s odůvodněním jeho výběru

a. Identifikační údaje dodavatele

MERCI, s.r.o., IČO: 46966447, sídlo: Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno.

b. Odůvodnění výběru dodavatele

Vybraný účastník splnil všechny zákonné a zadávací podmínky. Vzhledem k tomu, že jako jediný splnil zadávací podmínky, stal se tak vybraným dodavatelem.

5. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele

Účastník při plnění veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele.

6. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení.

7. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení.

8. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení.

9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Veřejná zakázka je zadána.

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Podání nabídek bylo umožněno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupným na: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html.

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

V rámci předmětného zadávacího řízení nebyl zadavatelem zjištěn střet zájmů žádné osoby.

12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Předmět veřejné zakázky spočíval v jednom druhu požadovaného plnění. Toto plnění, i v případě, že by bylo rozděleno na dílčí části, mohlo být plněno zcela stejným okruhem dodavatelů.

13. Odůvodnění stanovení požadavků na prokázání obratu

Irelevantní pro potřeby předmětného zadávacího řízení, jelikož zadavatelem nebyl stanoven požadavek na prokázání obratu.

Hradec Králové

08. 11. 2024

Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové