

Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5,
116 36 Praha 1

Věc: Dotazy k veřejné zakázce „ZSP na LFP - přístrojové vybavení“

Dobrý den,

Žádáme o objasnění níže uvedených dotazů, týkajících se specifikace části 1 a kupní smlouvy:

1. 1.1.4. požadován vf kauter.
Musí být integrován do stomatologické soupravy (mění se tím třída bezpečnosti stomatologické soupravy z IIa na IIb a takto musí být výrobcem souprava homologována) nebo dostačuje samostatný stolní přístroj, umístěný na instrumentačním stolku?
2. Na několika místech je uvedeno Ano – volitelně (1.1.D.c), 1.1.D.d), 1.1.E.a)). Není jasné, zda se jedná o
 - Ano (je požadováno)
 - Volitelně (tj. může tam být a nemusí)
 - Může být požadováno v budoucnosti jako úprava.Pozn.: Mnohé specifikace je možné zadat pouze při výrobě, nelze je dodatečně provést.
3. Podrobná specifikace zařízení 1.1.A.c) Přizpůsobení pro praváka/leváka: Vhodné.
Musí být souprava přestavitelná obsluhou pro práci praváka a leváka nebo ne?
4. 1.1.B.g) Trendelenburgova poloha: i při výpadku proudu
Žádáme o bližší vysvětlení tohoto neobvyklého požadavku. Má být obsluha schopná převést opěradlo i sedák křesla při výpadku elektřiny mechanickým zásahem do Trendelenburgovy polohy?
5. 1.1. E. a) Dezinfekce vnitřních rozvodů vody. „... a EN1717 – Chirurgické chlazení“.
Norma EN1717 se týká zamezení kontaminace vody ve vodovodním řadu vodou ze stomatologické soupravy. Co je v této souvislosti chápáno pod pojmem chirurgické chlazení?
6. 1.1.F.c) Operační LED světlo.
Trváte na možnosti výměny žárovky (předpokládám LED) obsluhou? Toto bylo možné u halogenových žárovek, u LED svítidel se mění celá optická soustava vč.LED zdroje a toto musí provádět vyškolený autorizovaný technik.
7. 1.1.F.g) Kompresor a odsávačka.
Z umístění specifikace předpokládáme, že požadujete samostatné přístroje pro každou stomatologickou soupravu (tj. 12+12 ks). Prosíme o potvrzení a uvedení, kde se budou přístroje nacházet (ordinace, technické místnosti apod.) a zda požadujete odhlučnění (přístroje v odhlučňovacích skříních) a sušiče tlakového vzduchu.

8. 2.4 dentální LASER.

Specifikace je velmi obecná, žádáme o podrobnější specifikaci, např. typ pevnolátkového laseru, výkon, energie pulzu, frekvence pulzů, požadované typy ošetření apod.

9. V kupní smlouvě je uvedena záruční podmínka 60 měsíců pro všechny přístroje a nástroje části 1. Tato podmínka překračuje výrazně dobu životnosti některých požadovaných nástrojů, např. turbín a rychloběžných kolének a je pro tato zařízení zcela neobvyklá. Žádáme o zvážení této podmínky, jelikož lze toto napadnout jako nestandardní podmínku výběrového řízení.