



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Název zakázky:	Zkvalitnění studijního prostřední na FaF UK v Hradci Králové – Dodávka spektrofotometrů
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2018-010451
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 05
Způsob zadání	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení a mění zadávací dokumentaci v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona, na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje u položky č.1 rozmezí rozměru přístroje. Tato změna je v rozporu s původní zadávací dokumentací. Vylučujete tím možnost dodání přístroje menšího, který splňuje původní zadání. Bude zadavatel akceptovat přístroj menší než je uvedené rozmezí?

Odpověď na dotaz č. 1

Uvedená změna není v rozporu s původní informací. Zadavatel bude akceptovat přístroj ve velikosti:

Výška v rozmezí 200 – 300 (původní informace 200)

Šířka v rozmezí 350 – 450 (původní informace 350)

Hloubka v rozmezí 230 – 380 (původní informace 230)

Pozn.: zadavatel tedy bude akceptovat přístroj ve velikosti 200x350x230

Dotaz č. 2

Pro splnění technické kvalifikace zadavatel požaduje:

"Ze seznamu významných dodávek musí vyplývat realizace alespoň dvou (2) zakázek na dodávky, jejichž předmětem byla obdobná dodávka předmětu plnění, tj. dodávka spektrofotometrů, přičemž hodnota jedné zakázky bez daně z přidané hodnoty byla alespoň 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky v Kč bez DPH."

Tento požadavek je diskriminující vůči některým dodavatelům. Není moc zákazníků, kteří si mohou dovolit nakoupit spektrometry v takové hodnotě v rámci jedné zakázky. Bude zadavatel akceptovat prokázání technické kvalifikace ve 100% hodnotě této zakázky, ale z více jednotlivých objednávek od různých odběratelů za požadované období?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel mění zadávací dokumentaci, kdy upravuje technickou kvalifikaci následovně:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Ze seznamu významných dodávek musí vyplývat realizace alespoň **třech (3) zakázek** na dodávky, jejichž předmětem byla obdobná dodávka předmětu plnění, tj. **dodávka spektrofotometrů**, přičemž hodnota jedné zakázky byla alespoň **50.000,- Kč** bez daně z přidané hodnoty.

Dotaz č. 3

V ZD pro část 1 (9 kusů) požadujete vnější rozměry

maximální rozměry (v x š x h) v mm 200 x 350 x 230

Jelikož se jedná o nestandardní rozměry těchto typů fotometrů, kde v dalších částech již nejsou pro stejné přístroje požadovány, ptám se, zda budou akceptovány rozměry

V x š x d - 274 x 416 x 379 mm

Odpověď na dotaz č. 3

Ano, zadavatel bude akceptovat tyto rozměry.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Povaha změny zadávací dokumentace vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona. **Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 12. 6. 2018 v 10:00 hodin.**

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

V Hradci Králové

Univerzita Karlova,
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

