

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – BBMRIInv – Pipetovací robot

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-055976**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

(dále jen „**zadavatel**“)

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele, resp. v souladu s § 99 zákona zadavatel mění zadávací dokumentaci takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den,

Na základě obdržené výzvy k veřejné zakázce Vás žádám o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Níže zasíláme naše dotazy:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

Minimálně 1 pracovní pozice musí být inkubovaná třepačka s rozsahem teplot minimálně:	4-99 °C	[...doplň účastník...]
---	---------	------------------------

DOTAZ č. 1:

Rádi bychom nabídli náš přístroj, který ovšem nedosahuje 99°C.

Akceptoval by zadavatel přístroj s rozsahem teplot od 4 do 95 °C, nastavitelnou v krocích po 1°C, s minimální teplotou 15°C pod okolní teplotu?

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

Součástí pipetoru je HEPA filtr a UV lampa:	Ano	[...doplň účastník...]
---	-----	------------------------

DOTAZ Č. 2:

Rádi bychom nabídli přístroj, který ostatní parametry splňuje, ale jeho součástí je EPA FILTR odpovídající normě DIN EN 1822 třídy E10.

Akceptoval by zadavatel EPA filtr místo HEPA?

Prosíme zadavatele, zda by mohl tyto parametry přehodnotit.

S pozdravem

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat přístroj s rozsahem teplot inkubované třepačky v rozmezí minimálně 10 - 95°C.

Zadavatel v tomto smyslu upravil požadavky na technickou specifikaci v Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění.

Dotaz č. 2

Zadavatel akceptuje, že součástí pipetoru je EPA nebo HEPA filtr.

Zadavatel v tomto smyslu upravil požadavky na technickou specifikaci v Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění.

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 21.11.2024; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být specifikace předmětu plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 21.11.2024; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Příloha č. 5 ZD - Specifikace předmětu plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 21.11.2024, je uveřejněna současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. I.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 23.12.2024, do 10:00 hod.

Termín otevírání nabídek: bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne 21.11.2024

**Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan**