



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci v zadávacím řízení k veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„ZSP na LFP - přístrojové vybavení“

Zadavatel:

Název:	Univerzita Karlova
Právní forma zadavatele:	Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo:	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Jednající součást:	Lékařská fakulta v Plzni
Sídlo jednající součásti:	Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČ:	00216208
DIČ:	CZ00216208

Kontaktní osoba zadavatele:

Zástupce:	Ing. Jaroslav Pojar
Telefon:	+420 377 593 445
e-mail:	Jaroslav.Pojar@lfp.cuni.cz

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.

Dotaz č. 1:

Žádáme o objasnění níže uvedených dotazů, týkajících se specifikace části 1 a kupní smlouvy: 1.1.4. požadován vf kauter.

Musí být integrován do stomatologické soupravy (mění se tím třída bezpečnosti stomatologické soupravy z IIa na IIb a takto musí být výrobcem souprava homologována) nebo dostačuje samostatný stolní přístroj, umístěný na instrumentačním stolku?

Odpověď č. 1: *Obě uváděná řešení jsou možná.*

Dotaz č. 2:

Žádáme o objasnění níže uvedených dotazů, týkajících se specifikace části 1 a kupní smlouvy: Na několika místech je uvedeno Ano – volitelně (1.1.D.c), 1.1.D.d), 1.1.E.a)). Není jasné, zda se jedná o

- Ano (je požadováno)
- Volitelně (tj. může tam být a nemusí)
- Může být požadováno v budoucnosti jako úprava.

Pozn.: Mnohé specifikace je možné zadat pouze při výrobě, nelze je dodatečně provést.

Odpověď č. 2: *Výraz „Ano - volitelně“ je míněn ve smyslu, že v budoucnosti může být požadováno jako úprava.*

Dotaz č. 3:

Žádáme o objasnění níže uvedených dotazů, týkajících se specifikace části 1 a kupní smlouvy: Podrobná specifikace zařízení 1.1.A.c) Přizpůsobení pro praváka/leváka: Vhodné.

Musí být souprava přestavitelná obsluhou pro práci praváka a leváka nebo ne?

Odpověď č. 3: *U tohoto požadavku je vhodné míněno ve smyslu není povinné.*

Dotaz č. 4:

Žádáme o objasnění níže uvedených dotazů, týkajících se specifikace části 1 a kupní smlouvy: 1.1.B.g) Trendelenburgova poloha: i při výpadku proudu

Žádáme o bližší vysvětlení tohoto neobvyklého požadavku. Má být obsluha schopná převést opěradlo i sedák křesla při výpadku elektřiny mechanickým zásahem do Trendelenburgovy polohy?

Odpověď č. 4: *Ano, při výpadku elektřiny má být obsluha schopna převést opěradlo i sedák křesla mechanickým zásahem do Trendelenburgovy polohy.*

Dotaz č. 5:

Žádáme o objasnění níže uvedených dotazů, týkajících se specifikace části 1 a kupní smlouvy: 1.1. E. a) Dezinfekce vnitřních rozvodů vody. „... a EN1717 – Chirurgické chlazení“.

Norma EN1717 se týká zamezení kontaminace vody ve vodovodním řadu vodou ze stomatologické soupravy. Co je v této souvislosti chápáno pod pojmem chirurgické chlazení?

Odpověď č. 5: *Chirurgickým chlazením je míněno chlazení samostatným zdrojem sterilní nebo dekontaminované chladicí tekutiny, chlazení peristaltickou pumpou, chlazení tlakovou láhví, OXYGENAlem atp.*

Dotaz č. 6:

Žádáme o objasnění níže uvedených dotazů, týkajících se specifikace části 1 a kupní smlouvy: 1.1.F.c) Operační LED světlo.

Trváte na možnosti výměny žárovky (předpokládám LED) obsluhou? Toto bylo možné u halogenových žárovek, u LED svítidel se mění celá optická soustava vč. LED zdroje a toto musí provádět vyškolený autorizovaný technik.

Odpověď č. 6: *V případě nutnosti výměny celé optické soustavy netrvá zadavatel na požadavku žárovky obsluhou.*

Dotaz č. 7:

Žádáme o objasnění níže uvedených dotazů, týkajících se specifikace části 1 a kupní smlouvy: 1.1.F.g) Kompressor a odsávačka.

Z umístění specifikace předpokládáme, že požadujete samostatné přístroje pro každou stomatologickou soupravu (tj. 12+12 ks). Prosíme o potvrzení a uvedení, kde se budou přístroje nacházet (ordinace, technické místnosti apod.) a zda požadujete odhlučnění (přístroje v odhlučňovacích skříních) a sušiče tlakového vzduchu.

Odpověď č. 7: *Kompresory a odsávačky nejsou součástí zadání, předpokládá se napojení na centrální suché odsávání a centrální zdroj tlakového vzduchu.*

Dotaz č. 8:

Žádáme o objasnění níže uvedených dotazů, týkajících se specifikace části 1 a kupní smlouvy: 2.4 dentální LASER.

Specifikace je velmi obecná, žádáme o podrobnější specifikaci, např. typ pevnolátkového laseru, výkon, energie pulzu, frekvence pulzů, požadované typy ošetření apod.

Odpověď č. 8: *Je nutné osazení laserem pro preparaci tvrdých i měkkých tkání, z toho důvodu je nutná vlnová délka 2 780 nm.*

Dotaz č. 9:

Žádáme o objasnění níže uvedených dotazů, týkajících se specifikace části 1 a kupní smlouvy: V kupní smlouvě je uvedena záruční podmínka 60 měsíců pro všechny přístroje a nástroje části 1. Tato podmínka překračuje výrazně dobu životnosti některých požadovaných nástrojů, např. turbín a rychloběžných kolének a je pro tato zařízení zcela neobvyklá. Žádáme o zvážení této podmínky, jelikož lze toto napadnout jako nestandardní podmínku výběrového řízení.

Odpověď č. 9: *Předmětem veřejné zakázky je dodávka stomatologického vybavení na základě kupní smlouvy, která podléhá právní úpravě podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku. To znamená, že zejména z hlediska vhodnosti, vadnosti věci apod. nese prodávající příslušnou odpovědnost a na prodávajícího se vztahují ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku upravující koupi, včetně úpravy řešení práv z vadného plnění podle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.*

S ohledem na shora uvedené poskytuje vybraný dodavatel jako prodávající záruku v požadované délce zadavatelem. Ujednání v čl. 6.1 kupní smlouvy není v rozporu s ust. § 6 ZZVZ, proto zadavatel tuto část kupní smlouvy měnit nebude.

Povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ani jinou změnu zadávací dokumentace.

Za zadavatele:
Ing. Jaroslav Pojar v. r.