



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka dvou thermocyklerů
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2018-011728
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 05
Způsob zadání	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona, na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Žádný ze světových výrobců nesplňuje takto přesně zadané technické parametry. Tímto požadujeme, aby se v rámci transparentního a rovnocenného přístupu k ostatním potencionálním dodavatelům, zjednodušily technické požadavky tak, aby bylo také možné nabídnout i přístroje od jiných výrobců s ohledem na zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména dle § 36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a § 6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Náš dotaz zní? Bude možné nabídnout přístroj, který splňuje všechny požadované parametry nebo je překračuje, ale má pouze interních 250 uživatelských programů, které jsou ale samozřejmě rozšiřitelné pomocí USB až na 1 milion programů?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje umožňující uložení pouze 250 programů do interní paměti, ale zároveň trvá na původní podmínce v zadání: Alespoň 350 programů v 30 složkách, databáze předdefinovaných optimalizovaných templátů protokolů od výrobce zařízení. Součástí dodávky tedy musí být USB flashdisk/USB disk tak, aby byla splněna požadovaná podmínka možnosti uložení alespoň 350 programů v 30 složkách a zároveň cykler obsahoval v interní paměti databázi předdefinovaných optimalizovaných templátů protokolu od výrobce zařízení.

Zadavatel si před vypsáním výběrového řízení ověřil předběžným průzkumem trhu možné dodavatele, kdy na trhu existuje více dodavatelů, kteří jsou schopni přístroje požadovaných parametrů nabídnout. Sdělení, že výběrové řízení je specifikováno na cykler jednoho konkrétního dodavatele, je proto neopodstatněné.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo a lhůta pro podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

V Hradci Králové dne 11. 5. 2018

Univerzita Karlova,
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan

