

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – BBMRIInv – Pipetovací robot

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-055976**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

(dále jen „**zadavatel**“)

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele, resp. v souladu s § 99 zákona zadavatel mění zadávací dokumentaci takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Vážený zadavateli,

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen “ZZVZ”), Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce v rozsahu uvedeném níže:

Dotaz č.1

Naše zařízení není vybaveno UV lampou. Při programování protokolu používáme speciální pipetovací techniky pro každý typ kapaliny, abychom zabránili odkapávání ze špiček během přenosu a tvorbě kapek mimo špičky, čímž se minimalizuje riziko kontaminace pracovní plochy. Ve vzácných případech, kdy dojde k rozlití na plochu v důsledku chyby přístroje nebo obsluhy, zavedli jsme postup chemického čištění nástroje. Přijali byste takové řešení místo UV lampy?

Děkuji.

S pozdravem

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel akceptuje jako alternativní řešení dekontaminace pracovních ploch pipetoru také chemické čištění, pokud je toto řešení udáváno jako standardní postup v oficiálním návodu dodávaném výrobcem.

Zadavatel v tomto smyslu upravil požadavky na technickou specifikaci v Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění.

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 29.11.2024; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být specifikace předmětu plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 29.11.2024; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Příloha č. 5 ZD - Specifikace předmětu plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 29.11.2024, je uveřejněna současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. II.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 31.12.2024, do 10:00 hod.

Termín otevírání nabídek: bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne 29.11.2024

**Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové**
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan