

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**zákon**“)

o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

LF HK – Ph.D. Infra pro UK – Zobrazovací centrum – Mikroskopy

Část 1 – Fluorescenční mikroskop

(dále jen „veřejná zakázka“)

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-040140**

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Sídlo:	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
IČO:	00216208
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přímého (upright) plně motorizovaného mikroskopu, který musí svojí výbavou umožňovat komplexní imuno-histopatologickou diagnostiku preparátů získaných během in vivo and in vitro studií, pro Zobrazovací centrum na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Pro potřeby vysoké kapacity pro mnoho týmů, archivace a pružné výměny dat mezi týmy, musí být mikroskop vybaven motorizovaným stolkem a autofokusem (Z-rovina), které umožní skenování preparátů s vysokým rozlišením, a to jak ve viditelném světle, tak při imuno fluorescenčním značení struktur za použití různých fluorescenčních barvení. Navíc musí být vybaven pokročilým programem na analýzu obrazu, který musí umožňovat kvantifikaci sledovaných struktur s ohledem na rozsah, počet a denzitu za pomoci předdefinovaných i vlastních AI modelů. Kompletní výbava objektivů musí uspokojit požadavky na různou úroveň rozlišení.

Předmět plnění a další požadavky zadavatele veřejné zakázky jsou blíže specifikovány v přílohách dokumentace zadávacího řízení.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

CPV kód	Název
38510000-3	Mikroskopy
38515200-0	Fluorescentní mikroskopy

3. Cena sjednaná ve smlouvě

Zadávací řízení bylo zrušeno.

4. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení dle § 56 zákona.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku na veřejnou zakázku:

Pořadové číslo nabídky	Identifikace účastníka	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	ALOGO, s.r.o., Malešovská 648/27, Starý Lískovec, 625 00 Brno IČO: 25502859	3.401.500,00 Kč
2.	Carl Zeiss spol. s r.o., Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 49356691	3.380.000,00 Kč

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení veřejné zakázky.

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Zadávací řízení bylo zrušeno.

8. Označení poddodavatelů dodavatelů

Zadávací řízení bylo zrušeno.

9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení bylo zrušeno dne 02.12.2024.

Zadavatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona zrušil zadávací řízení v části 1 veřejné zakázky: Část 1 - Fluorescenční mikroskop, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

Zvláštního zřetele hodným důvodem ve smyslu cit. ustanovení zákona, pro který nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení v části 1 veřejné zakázky – Fluorescenční mikroskop pokračoval, je skutečnost, že zadavatel stanovil technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky nevhodně, neboť požadoval filtr s chybným označením, a který je za daných okolností pro zamýšlené využití přístroje fyzikálně nemožný.

Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění požadoval mimo jiné technický parametr fluorescenčního mikroskopu „*samostatný filtr*“ s požadavkem „EX4640/30 EM690/50“.

Účastník předložil v rámci své nabídky Přílohu č. 5a ZD - Specifikaci předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky.

V předložené příloze účastník uvedl „ANO, EX640/30 EM690/50“ u požadovaného technického parametru „*samostatný filtr*“.

I přes výše uvedené nesplnění požadavku zadavatele na samostatný filtr: EX4640/30 EM690/50, účastníkem nabízené plnění naplňuje účel tohoto požadavku, kterým je filtr EX640/30 EM690/50, neboť požadavek na filtr „EX4640/30 EM690/50“ obsahuje překlep a správné označení je EX640/30 EM690/50.

Vzhledem ke skutečnosti, že nabídka účastníka nesplňuje podmínky účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu nevhodného nastavení technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky zadavatelem, je zadavatel nucen zadávací řízení v této části veřejné zakázky zrušit.

Zadávací řízení bylo ukončeno v souladu s § 51 odst. 2 písm. a) zákona dnem 17.12.2024.

V Hradci Králové

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan