



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k zadávací dokumentaci v zadávacím řízení k veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„ZSP na LFP - přístrojové vybavení“

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova
Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni
Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Kontaktní osoba zadavatele:

Zástupce: Ing. Jaroslav Pojar
Telefon: +420 377 593 445
e-mail: Jaroslav.Pojar@lfp.cuni.cz

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.

Dotaz č. 1:

Žádáme o objasnění níže uvedených dotazů, týkajících se specifikace části 1:

1.2.6 Multimedia PC / Monitor (bezdrátová /IP komunikace v síti pro zobrazení RTG, RVG, IO kamery)
V bodě F.a) Multimediální systémy: jsou monitor, rameno, IO kamera, USB zásuvka uvedeny „**Volitelně...**“. Z předcházející odpovědi na dotaz č. 2 by to znamenalo dobudování v budoucnosti.
V bodě F.d) LCD monitor je však monitor požadován s min. 17" obrazovkou, držák o průměru 50 mm.
V bodě F.g) je uvedena „příprava pro uchycení LCD obrazovky na stojan svítidla“

V bodě 1.2.6 Multimedia monitor, PC, Tablet je požadavek na monitor min. 19", tablet min. 13".

Jelikož tyto požadavky nejsou jednoznačné, lze je shrnout tak, že na všech 12 ks stomatologických souprav má být monitor min. 19" na 2-kloubovém rameni a dodáno 12 ks tabletů min. 13"? Případně blíže vysvětlete, co je požadováno hned a co do budoucna?

Odpověď č. 1: *Výše uvedené odkazy na body F.a), F.d) a F.g) se netýkají položky 1.2.6, ale položky 1.1; u položky 1.2.6 jsou požadovány parametry uvedené ve Specifikaci předmětu plnění, tedy monitor velikosti minimálně 19", tablet velikosti minimálně 13" atd.*

Dotaz č. 2:

Žádáme o objasnění níže uvedených dotazů, týkajících se specifikace části 1:

1.2.3 Polymerační lampa - požadavek LED, výkon min. 2500mW/cm² a integrované měření výkonu.

Není nám známo, že by nějaká polymerační lampa splňovala současně tyto podmínky. Trvá zadavatel na všech uvedených podmínkách?

Odpověď č. 2: *Dle informací dostupných zadavateli jsou polymerační LED lampy o výkonu minimálně 2 500 mW/cm² s integrovaným měřením výkonu na trhu dostupné.*

Dotaz č. 3:

Žádáme o objasnění níže uvedených dotazů, týkajících se specifikace části 1:

1.3.3 V poslední odrážce (str. 9 nahoře) je požadavek na polymerační lampu Translux Wave vč. spotřebního materiálu (kompozita, bondy). Přitom má být součástí 60 sad. Žádáme o bližší vysvětlení.

Odpověď č. 3: *Odkaz na konkrétní produkt byl použit vzhledem k tomu, že zadavatel nebyl schopen stanovit požadované technické podmínky použitím parametrů, odkazů na normy nebo štítky. V tomto případě zadavatel netrvá na konkrétním výrobku. Konkrétní nabídka sad materiálů v počtu 60 závisí na dodavateli.*

Dotaz č. 4:

Žádáme o objasnění níže uvedených dotazů, týkajících se specifikace části 1:

V obecných požadavcích je stanoveno, že všechny uvedené parametry výběrového řízení jsou minimální. Znamená nesplnění jakéhokoliv parametru vyloučení dodavatele z VŘ?

Odpověď č. 4: *Požadavky uvedené v zadávací dokumentaci jsou při zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.*

Povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ani jinou změnu zadávací dokumentace.

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Pojar v. r.