

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**zákon**“)

o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

LF HK – BBMRInv – Elektronový mikroskop

(dále jen „veřejná zakázka“)

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-057283**

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Sídlo:	Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
IČO:	00216208
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nízkonapěťového transmisního elektronového mikroskopu pro Laboratoř elektronové mikroskopie Fingerlandova ústavu patologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy do místa plnění, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o nízkonapěťový elektronový mikroskop, který umožňuje vyšetření lidských tkání velmi velkým zvětšením, kterého nelze dosáhnout běžným optickým mikroskopem.

Přístroj umožní vyšetření tkání velmi velkým zvětšením, které je v některých případech nezbytné pro správné posouzení důležitých drobných struktur a jemných změn ve tkáni během nemoci a je využíván především v diagnostice chorob nativních i transplantovaných ledvin. Může být využíván i u některých poruch řasinkového aparátu v dýchacích cestách, kde dokáže odhalit změny v jemné struktuře řasinek nebo může pomoci v diagnostice některých metabolických chorob a nádorů.

Předmět plnění je blíže specifikován v technických, obchodních a jiných smluvních podmínkách, které jsou součástí příloh dokumentace zadávacího řízení.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

CPV kód	Název
38000000-5	Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
38511000-0	Elektronové mikroskopy
38511200-2	Transmisní elektronový mikroskop

3. Cena sjednaná ve smlouvě

Zadávací řízení bylo zrušeno.

4. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení dle § 56 zákona.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku na veřejnou zakázku:

Číslo účastníka	Identifikace účastníka	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	Pragolab s.r.o., se sídlem: Nad Krocínkou 285/55, 190 00 Praha 9, IČO: 48029289	8.254.804,00 Kč

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení veřejné zakázky.

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Zadávací řízení bylo zrušeno.

8. Označení poddodavatelů dodavatelů

Zadávací řízení bylo zrušeno.

9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení bylo zrušeno dne 23. 1. 2025.

Zadavatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona zrušil zadávací řízení, neboť v zadávacím řízení byl jediný účastník zadávacího řízení.

Zadavatel zároveň revizí dokumentace zadávacího řízení zjistil, že příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení – Specifikace předmětu plnění obsahuje nejednoznačně stanovený technický parametr. Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění požadoval mimo jiné technický parametr nízkonapěťového transmisního elektronového mikroskopu „Urychlovací napětí“ s požadavkem „Urychlovací napětí 15 - 30 kV pro režim TEM, 10 - 30 kV pro režim STEM“. Účastník předložil v rámci své nabídky vyplněnou Přílohu č. 5 - Specifikaci předmětu plnění, ve které uvedl „Urychlovací napětí 25 kV pro režim TEM. Urychlovací napětí 10 a 15 kV pro režim STEM“ u požadovaného technického parametru „Urychlovací napětí“.

Účastník tak nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení, neboť jím nabízené plnění nesplňuje zadavatelem stanovený technický požadavek na Urychlovací napětí 15 - 30 kV pro režim TEM, 10 - 30 kV pro režim STEM. Zadavatel však i přes výše uvedené nesplnění stanoveného technického požadavku došel k závěru, že účastníkem nabízené plnění naplňuje účel tohoto požadavku, kterým je Urychlovací napětí 25 kV pro režim TEM a Urychlovací napětí 10 a 15 kV pro režim STEM.

Zadávací řízení bylo ukončeno v souladu s § 51 odst. 2 písm. a) zákona.

10. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejní zakázky na části

Nadlimitní VZ nebyla rozdělena na části z důvodu funkční, věcné, časové a místní souvislosti požadovaných dodávek. S ohledem na charakter požadovaného plnění a totožný okruh potencionálních dodavatelů zadavatel nepovažoval za účelné veřejnou zakázku rozdělit na části, přičemž nerozdělením veřejné zakázky na části nedošlo k omezení hospodářské soutěže.

V Hradci Králové

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan