



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

Název zakázky:	Zkvalitnění studijního prostřední na FaF UK v Hradci Králové – Dodávka spektrofotometrů
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2018-010451
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 05
Způsob zadání	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení a mění zadávací dokumentaci v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona, na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje u položky č.1 rozmezí rozměru přístroje:

Výška v rozmezí 200 – 300 mm

Šířka v rozmezí 350 – 450 mm

Hloubka v rozmezí 230 – 380 mm

Tento požadavek opravdu je v rozporu s původní zadávací dokumentací, kde byl uveden požadavek na maximální rozměry 200 x 350 x 230 mm. Přístroj s rozměry menšími, který vyhovoval původnímu zadání, tedy nevyhovuje zadání uveřejněnému v Dodatečné informaci č. 1. Vylučujete tím možnost dodání přístroje menšího, který splňuje původní zadání. Bude zadavatel akceptovat přístroj menší než je uvedené rozmezí?

Vzhledem k tomu, že konečný uživatel v původní verzi zadání požadoval přístroj s omezenými rozměry, pravděpodobně tak činil kvůli omezenému prostoru v prostoru umístění 9 přístrojů. Je tedy možné předpokládat, že čím menší přístroj (splňující všechna ostatní technická kritéria) mu bude dodán, tím to pro něj bude výhodnější!

Odpověď na dotaz č. 1

Administrativním pochybením došlo na základě předchozích dotazů v technické specifikaci k uvedení rozmezí, nicméně se jednalo o maximální rozměry, kdy se spodní hranice tímto vypouští.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace pro část 1 dodání spektrofotometru o rozměrech výška (200 – 300 mm) x šířka (350 – 450 mm) x hloubka (230 – 380).



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Bude zadavatel akceptovat spektrofotometr s rozměry výška 320 mm x šířka 560 mm x hloubka 430 mm při zachování/vylepšení ostatních parametrů?

Odpověď na dotaz č. 2

Ano, zadavatel bude akceptovat přístroje větší, viz. Příloha č. 2a Technická specifikace - textová část ke dni 17. 5. 2018.

Přílohy:

Příloha č. 2a Technická specifikace - textová část ke dni 17. 5. 2018

Místo a lhůta pro podání nabídek

Povaha změny zadávací dokumentace vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona. **Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 22. 6. 2018 v 10:00 hodin.**

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

V Hradci Králové

Univerzita Karlova,
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

