

Název veřejné zakázky: „LF HK – NPO – UZ trenažéry – punkce cév“

Zadavatel veřejné zakázky: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
IČ: 00216208

Druh zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů pozdějších (dále jen „Zákon“)

Zadavatel: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, vyhlásil veřejnou zakázku s názvem: „LF HK – NPO – UZ trenažéry – punkce cév“.

Na základě žádosti jednoho ze zájemců o část 1 veřejné zakázky doručené zástupci zadavatele prostřednictvím e-mailu dne 06. 03. 2025 zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 98 Zákona vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele:

Zadavatel v článku 3. zadávací dokumentace, bod 3.3.1 pro část 1 Trenažér pro ultrazvukem naváděné punkce a kanylace horní končetiny požaduje 2 ks vyměnitelný blok.

Uchazeč nabízí alternativní technické řešení v rámci této části veřejné zakázky. Nabízené řešení splňuje všechny požadované funkční parametry, nabízí stejnou životnost jako zadavatelem specifikovaná technologie a zároveň eliminuje potřebu použití vyměnitelných náhradních dílů, resp. bloků. Tzn. pro toto řešení není k dispozici náhradní vyměnitelný blok, který zadavatel požaduje.

Bude zadavatel akceptovat toto řešení, příp. jaký postup má uchazeč zvolit pro předložení nabídky tohoto řešení, aby byla zadavatelem akceptovatelná.

Odpověď zadavatele:

Pokud řešení nabízené dodavatelem splňuje veškeré ostatní požadavky zadavatele na předmět plnění části 1 veřejné zakázky definované zadávacími podmínkami a pouze nevyžaduje využití 2 ks vyměnitelných bloků, avšak na požadované funkce, výkon či jiné vyžadované technické parametry předmětného trenažéru tato skutečnost nebude mít negativní vliv, pak je možné v rámci nabídky takového zařízení nabídnout. V nabídce požaduje zadavatel uvést detailní technické vysvětlení, z jakého důvodu nejsou vyměnitelné bloky potřebné.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že se v daném případě nejedná ve smyslu Zákona o připuštění variantnosti nabídek a nadále platí omezení, že variantnost nabídek není Zadavatelem umožněna.

Přílohou tohoto vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 je:

- Aktualizovaná verze návrhu kupní smlouvy (příloha č. 6a zadávací dokumentace) pro část 1 veřejné zakázky (pouze body 4. a 7., ve kterých je reflektováno, že vyměnitelné bloky nemusí být součástí předmětu plnění ve smyslu tohoto vysvětlení zadávacích podmínek č. 1)
- Aktualizovaná verze Přílohy č. 5a zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění – část 1 veřejné zakázky - úprava spočívá v doplnění, že vyměnitelné bloky nemusí být součástí předmětu plnění ve smyslu tohoto vysvětlení zadávacích podmínek č. 1).

Pro právní jistotu zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku stanovené lhůty, tj. nově do 16. dubna 2025 do 10.00 hod., A TO SHODNĚ VE VZTAHU KE VŠEM ČÁSTEM Č. 1, 2, 3 A 4 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.

Zároveň je toto prodloužení lhůty pro podání nabídek je uveřejňováno v Úředním věstníku EU i ve Věstníku VZ.

V Hradci Králové dne 11. 03. 2025

JUDr. Petr Moník, LL.M., advokát
v plné moci za Zadavatele