

Specifikace zboží

Název zboží	Digitální intraorální kamera
Kód položky	2-02
Místo plnění	Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín, Stomatologická klinika, alej Svobody 80, Plzeň, místnost 7706
Dodací lhůta	do 2 měsíců od účinnosti kupní smlouvy
Popis zboží	

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lehké intraorální kamery k obrazové dokumentaci v dutině ústní.

Technické parametry

- Rozlišení kamery minimálně 1280 x 720 pixelů
- Režim automatického ostření s rozsahem minimálně 10 mm – 30 mm
- Zorné pole minimálně 60°
- Nutno přímé propojení kamery do softwaru EZ Dent, který je na pracovišti používán (ne twain)
- Možnost připojení USB kabelu pomocí portu USB 2.0
- Zdroj světla – bílé LED světlo
- Maximální hmotnost do 50 g

Provedení zaškolení	Není požadováno.
Dodání technické nebo jiné dokumentace, certifikáty aj.	Součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU; součástí bude návod k obsluze v české nebo anglické verzi v tištěné nebo elektronické formě.