



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4

Název zakázky:	Zkvalitnění studijního prostřední na FaF UK v Hradci Králové – Dodávka spektrofotometrů
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2018-010451
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 05
Způsob zadání	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení a mění zadávací dokumentaci v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona, na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Lze konstatovat, že v předchozích letech byly výukové laboratoře velice sporadicky vybavovány novými spektrofotometry. Dodávky spektrofotometrů byly spíše kusové ovšem s hodnotou cca 180 000 Kč bez DPH. V technické specifikaci je nyní požadováno: ... realizace alespoň (3) zakázek na dodávky, jejichž předmětem byla obdobná dodávka předmětu plnění tj. **dodávka spektrofotometrů**. Lze technickou specifikaci zadavatele splnit např. kombinací dodávky **spektrofotometru** s finančním objemem například nad 100 000 Kč bez DPH a dodávkou **spektrofotometrů** s finanční hodnotou alespoň 50 000 Kč bez DPH ?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uveřejnil dne 7. 5. 2018 dodatečné informace, kterými upravil technickou kvalifikaci následovně:

Ze seznamu významných dodávek musí vyplývat realizace alespoň třech (3) zakázek na dodávky, jejichž předmětem byla obdobná dodávka předmětu plnění, tj. **dodávka spektrofotometrů**, přičemž hodnota jedné zakázky byla alespoň 50.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty.

Dotaz č. 2

Pro položku VZ č. 1 (KACH) a položku č.3 (KFLT) jsou požadovány spektrofotometry s jednopaprskovým (**single beam**) optickým systémem, lze nabídnout spektrofotometry s **dual beam** optickým systémem při dodržení všech dalších parametrů.

Odpověď na dotaz č. 2

Pro položku č. 1 (KACH) zadavatel trvá na technické specifikaci, tj. je požadován jednopaprskový (single beam) s optickým systémem.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Pro položku č. 3 KFLT lze nabídnout spektrofotometr s dual beam optickým systémem.

Přílohy:

Příloha č. 2a Technická specifikace - textová část ke dni 25. 5. 2018

Místo a lhůta pro podání nabídek

Povaha změny zadávací dokumentace vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona. **Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 29. 6. 2018 v 10:00 hodin.**

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

V Hradci Králové

Univerzita Karlova,
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

