



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Výzva k podání nabídek:	FAF UK - Polarimetr
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03
Způsob zadání	Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.(ZZVZ)
Osoba zastupující zadavatele:	doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan FaF UK

Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky v rámci shora uvedené veřejné zakázky, a to na základě dotazů jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku, a to i přesto, že již uplynula zákonná lhůta pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, uvedená v ust. § 98 ZZVZ.

1)

DOTAZY A ODPOVĚDI

Vodní čerpadlo / oběhový termostat pro kontrolu teploty má být součástí nabídky, nebo již máte vlastní?

- **Musí být součástí dodávky přístroje**

Měření teploty uvnitř vzorku může být realizováno měřením teploty čidlem v plášti komory měřicí pol. trubice s kabelovým přenosem do přístroje a zobrazením na displeji?

- **Měření teploty musí být realizováno čidlem ponořeným přímo ve vzorku s kabelovým přenosem do přístroje a zobrazením na displeji. Toto čidlo musí být součástí dodávky.**

Krátká doba měření cca. 1s je myšlena pouze pro samotné měření, ne pro teplotní kompenzaci bezprostředně před měřením?

- **Ano, uvedená doba je myšlená jen pro samotné měření**

Shoda s normami - jaké normy z v tabulce vyjmenovaných preferujete? Nelze pravděpodobně vybrat přístroj, který je ve shodě se všemi současně.

- **Trváme na všech uvedených normách**

Musí přístroj disponovat komorou pro použití kyvet 200 mm, nebo stačí 100 mm? Pro 100 mm lze dodat přístroj s interní teplotní kompenzací pomocí Peltierova článku, ale pro 200 mm již musí mít speciální trubici s průtokovým pláštěm a externí vodní oběhový termostat.

- **Přístroj musí umožňovat i temperaci 200 mm kyvet**

Součástí nabídkové ceny tedy má být 1 ks kyvety 100 nebo 200 mm (případně 1ks od každé délky, pokud je požadováno měření i s 200 mm trubicemi)?

- **Součástí nabídky musí být 100 a 200 mm trubice s nerezovým pláštěm umožňujícím temperaci vzorků**

.

3)

Lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje

Dle povahy vysvětlení resp. úpravy zadávacích podmínek se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje.

V Hradci Králové dne 06. 05. 2025.

Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové