



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 15-2025, část 2

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA, děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Hana Kvasnicková
tel.: +420 377 593 445
e-mail: hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené části veřejné zakázky. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dotčeném dynamickém nákupním systému:

Dotaz dodavatele č. 1:

Na základě obdržené výzvy k veřejné zakázce Vás žádám o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Níže zasíláme naše dotazy:

Naše produkty splňují technickou specifikaci pro část 2. Nabízíme originální špičky v požadované čistotě a kompatibilní s krabičkami a pipetami Eppendorf.

Balení špiček se však liší od formátu balení uvedené v technické specifikaci.

DOTAZ:

Položka č. 2: zadavatel požaduje balení po 500 ks, celkem 2 balení.

Je možné nabídnout balení, které obsahuje celkem 1000 špiček (2 x sáček po 500 ks). Celkem by bylo nabídnuto 1 balení.

Položka č. 3 a 4 zadavatel požaduje balení po 1000 ks špiček.

Balení originálních eppendorf špiček, které splňují požadovanou technickou specifikaci (PCR clean, kompatibilita s eppendorf krabičkami a pipetami) obsahuje 960 ks špiček (10 platíček x 96 špiček).

Mohl by zadavatel přehodnotit požadovaný počet špiček tak, aby požadovaný počet špiček byl dělitelný na celá balení ve formátu 960 ks?

Při současném požadovaném balení 1000 špiček bychom museli u položky 3 a 4 nabídnout o 1 balení více a ceny, které by byly uvedené v excel tabulce by nebyly skutečné. Musely by být přepočítány na 1 ks špičky a navýšeny.

Položka č. 3 pro upřesnění je nabízena v objemu 2-200 ul. Požadovaný objem 20-200 ul je tím splněn.





Dotaz dodavatele č. 2:

Posílám žádost o vysvětlení zadávací dokumentace- část 2: položka 3 a 4.

Zadavatel požaduje balení po 1000 kusech. Nicméně výrobce nabízí v této čistotě a možnosti kompatibility s danými krabičkami pouze variantu Reloads 10x96 ks- to znamená 10 stojánků s 96 špičkami. Tento stojánek se vloží do prázdné krabičky. Bude zadavatel akceptovat tuto variantu?

Odpověď zadavatele:

Položka č. 2:

Zadavatel bude akceptovat nabídku balení obsahující 1 000 ks špiček.

Položka č. 3 a 4:

Na straně zadavatele došlo v důsledku administrativní chyby k uvedení chybného popisu popotávaných produktů. U obou položek došlo ke změně popisu, ponechány byly požadavky na balení a množství.

V souladu s uvedeným byla provedena úprava Přílohy č. 1 výzvy – Specifikace zboží. Dodavatelé pro podání nabídky do části 02 veřejné zakázky použijí přílohu v této nové podobě.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 6. 2025, 9:00 hod.

Za zadavatele
Hana Kvasničková

Přílohy:

Příloha č. 1 výzvy – Specifikace zboží_v2

