



Vyřizuje: Ing. Jiří Včeliš

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení – Oznámení o zrušení zadávacího řízení

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, se sídlem Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové, IČO 00216208

rozhodla o zrušení zadávacího řízení

veřejné zakázky s názvem: „**FAF UK – Myčka laboratorního skla**“.

Odůvodnění:

Zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistil následující nedostatek v příloze zadávací dokumentace s názvem: „*Příloha č. 2a) Technická specifikace*“:

V rámci požadavku:

„Součástí dodávky proto musí být úpravna vody, protože voda ve vodovodním řadu v Hradci Králové je velmi tvrdá a musí být před vstupem do myčky upravována.“,

zadavatel nedopatřením zapomněl uvést v příloze č. 2a) zadávací dokumentace toto doplnění:

„předpokládaná spotřeba myčky za 8 hodinovou směnu: cca 150 L DEMIvody do vodivosti 15 mikros“

Jak je výše uvedeno, voda ve vodovodním řadu v Hradci Králové je velmi tvrdá a musí být před vstupem do myčky upravována. Z tohoto důvodu je chybějící údaj resp. jeho splnění účastníky, pro zadavatele velmi důležitý.

Toto pochybení bylo zjištěno až po podání nabídek, zadavatel tudíž již nebyl schopen tuto nepřesnost v zadávací dokumentaci odstranit před koncem lhůty pro podání nabídek.

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že výše uvedený nedostatek je pro zadavatele důvod hodný zvláštního zřetele, pro který nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, ruší zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

Toto Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení je současně Oznámením o zrušení zadávacího řízení dle § 128 odst. 1 zákona.

Hradec Králové

.....
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan FaF UK