

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**zákon**“)

o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

LF HK - Chlazená stolní centrifuga s příslušenstvím

(dále jen „veřejná zakázka“)

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-025563

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Sídlo:

Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové

IČO:

00216208

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

2. Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysokorychlostní chlazené stolní centrifugy s rotory pro Laboratoř molekulární biologie Ústavu lékařské biochemie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o přístroj, který bude v laboratoři využíván k oddělování částic pomocí odstředivé síly na základě jejich hustoty k oddělování kapalných směsí látek různé hustoty obzvláště k analýze a zpracování vzorků biologického materiálu v rámci diagnostických aplikací in vitro při poskytování vysokoškolského vzdělání a při provádění vědeckovýzkumných úkolů.

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách a ve specifikaci předmětu plnění, které jsou přílohou dokumentace zadávacího řízení.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

CPV kód	Název
42931120-8	Stolní odstředivky
42931140-4	Rotorové vybavení pro odstředivky
42931130-1	Redukční vložky pro odstředivky

3. Cena sjednaná ve smlouvě

Zadávací řízení veřejné zakázky bylo zrušeno.

4. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení dle § 56 zákona.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku na veřejnou zakázku:

Číslo účastníka	Účastník	Sídlo	IČO
1.	Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.	Voděradská 2552/16, 251 01 Říčany	27939031
2.	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.	Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha	25065939
3.	Unimed Praha, s.r.o.	Ve Stromkách 41, 252 42 Vestec	14891344
4.	BioTech a.s.	Služeb 3056/4, 108 00 Praha	25664018

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení veřejné zakázky.

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Zadávací řízení veřejné zakázky bylo zrušeno.

8. Označení poddodavatelů dodavatelů

Zadávací řízení veřejné zakázky bylo zrušeno.

9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadavatel zrušil zadávací řízení veřejné zakázky v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení veřejné zakázky pokračoval (bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv).

Zvláštního zřetele hodným důvodem ve smyslu citovaného ustanovení zákona, pro který nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení veřejné zakázky pokračoval, je skutečnost, že zadavatel stanovil technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky nevhodně, neboť nestanovil stěžejní technický parametr, kterým by zaručil naplnění potřebného minimálního výkonu a funkce centrifugy (relativní centrifugační síly rotoru 2 s hodnotou min. 16 000 x g). Chlazená stolní centrifuga bez tohoto výkonu a funkce je pro zadavatele nevyužitelná.

Zadávací řízení veřejné zakázky bylo ukončeno v souladu s § 51 odst. 2 písm. a) zákona dnem 02.10.2021.

V Hradci Králové

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan