

Specifikace zboží

Název zboží	Sušárna 400 I
Číslo/kód v rámci UniMeC II	133-0018, 133-0029
Název zadávajícího pracoviště	Více pracovišť
Místo plnění (uveďte název a adresu místa dodání)	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 2. NP místnost 2.83 3. NP místnost 3.25
Popis zboží	

Objem	380 - 420 l
SW	Součástí dodávky; možnost čtení, uložení a správy dat, online monitoring, dálkovou správu, zasílání alarmových hlášení na email.
Teplotní rozsah	alespoň +30 až +300 °C nad teplotu okolí
Nucená cirkulace vzduchu	Ano
Napětí:	230 V
Umístění	Stolní/podstavná

- přístroj se 2 policemi na vzorky, o ploše: min. 380x540mm
- další 2 police na vzorky budou součástí dodávky, komora na vzorky o výšce alespoň 530mm
- ohřev komory na 150°C do 20 minut
- teplotní rozsah: + 10 °C do max. 300 °C, s možností nastavení rychlosti ohřevu
- udržování homogenity prostředí ventilátorem, nastavení rychlosti ventilátoru, v případě potřeby možnost jeho úplného vypnutí
- hlučnost při plném zatížení: do 45 dB (A)
- nastavení pracovních parametrů pro přípravu vzorků pomocí tlačítek
- zobrazení nastavených a pracovních parametrů na displeji
- možnost nastavení různých provozních režimů: odložené zapnutí přístroje; nastavení celkové doby provozu; nastavení doby provozu při dosažených nastavených parametrech
- nezávislá ochrana přístroje dle technické normy DIN 12880
- možnost externí dokumentace pracovních parametrů pomocí USB portu
- možnost vzdálené správy, programování a záznamu dat přes Ethernet (LAN) v PC
- zdroj napájení: 230V
- povrchová úprava odolávající běžným dezinfekčním prostředkům

Délka záruky, příp. požadavek na pozáruční servis	Pravidelné revize a servis v záruční době zdarma.
CPV kód zboží	38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)