

## Specifikace zboží

Název zboží	Centrifuga chlazená
Číslo/kód v rámci UniMeC II	133-045
Název zadávajícího pracoviště	Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 4.NP, Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví, Místnost 4.37
Popis zboží	

Rozsah teploty	Alespoň -20 °C až + 40 °C
Maximální otáčky (RPM)	min 18000
Imbalanční senzor	Ano
Chlazení	Ano
Počet volitelných programů	Alespoň 20
Rotor, redukce	Použitelnost na zkumavky Vacutainer 2,5-11 ml, Monovette 4,5; 5, 7,5-8,2; 8,5-10 ml
Součást dodávky	Úhlový rotor, redukce na uvedené zkumavky

CPV kód zboží	38000000-5	Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
	42931100-2	Laboratorní odstředivky a příslušenství