

## Specifikace zboží

Název zboží	Vodní lázeň s chlazením
Číslo/kód v rámci UniMeC II	133-040
Název zadávajícího pracoviště	Ústav hygieny a preventivní medicíny
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 4.NP, Ústav hygieny a preventivní medicíny, Místnost 4.62
Popis zboží	

řízení	mikroprocesorové řízení
display	digitální displej
cirkulace	vnitřní cirkulace
	možnost externí cirkulace
vana	nerez vana, šířka 300-350 mm x délka 260-300 mm / hloubka 230-280 mm
Objem	Min 25- max 35 l
Teplotní rozmezí °C (chlazení, ohřev)	-35°C až + 150°C

CPV kód zboží	38000000-5    Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
---------------	--