

## Specifikace zboží

Název zboží	Sušárna 110 I
Číslo/kód v rámci UniMeC II	133-011, 133-028, 133-035, 133-049
Název zadávajícího pracoviště	Více pracovišť
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 2. NP - 2.51_11; 2.67_04; 2. 73 3.NP - 1x 3.57_13, 1x 3.25_05 4.NP - 4.64 1.PP – S1.38
Popis zboží	

Objem	110 l
SW	Součástí dodávky; možnost čtení, uložení a správy dat, online monitoring, dálkovou správu, zasílání alarmových hlášení na email.
Teplotní rozsah	Min. +5°C až +300 °C nad teplotu okolí
Nucená cirkulace vzduchu	Ano
Napětí:	230 V
Umístění	Stolní/podstavná

- přístroj se 2 policemi na vzorky; další 2 police na vzorky budou součástí dodávky,
- komora na vzorky o rozměrech min. (vxšxh): 480x560x400mm
- ohřev komory na 150°C do 20 minut
- možnost nastavení rychlosti ohřevu
- udržování homogenity prostředí ventilátorem, nastavení rychlosti ventilátoru, v případě potřeby možnost jeho úplného vypnutí
- hlučnost při plném zatížení: do 45 dB (A)
- nastavení pracovních parametrů pro přípravu vzorků pomocí tlačítek
- zobrazení nastavených a pracovních parametrů na displeji
- možnost nastavení různých provozních režimů: odložené zapnutí přístroje; nastavení celkové doby provozu; nastavení doby provozu při dosažených nastavených parametrech
- nezávislá ochrana přístroje dle technické normy DIN 12880
- možnost externí dokumentace pracovních parametrů pomocí USB portu
- zdroj napájení: 230V
- povrchová úprava odolávající běžným dezinfekčním prostředkům

CPV kód zboží	38000000-5	Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
---------------	------------	--