

Technická specifikace předmětu plnění

Název veřejné zakázky	FAF UK – Koncentrátor centrifugy s integrovanou membránovou vývěvou
Zadavatel	Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208
Druh řízení	Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Název poptávaného zboží
Koncentrátor centrifugy s integrovanou membránovou vývěvou
Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky
- koncentrátor centrifugy musí být určen pro vakuovou koncentraci kapalných nebo vlhkých vzorků - bezúdržbové čerpadlo musí být s membránou z PTFE a s odlučovačem kondenzátu - čerpadlo musí být chemicky odolné a nesmí vyžadovat výměnu čerpadlového oleje - provozní režimy přístroje - koncentrátor, centrifuga a desikátor - možnost výběru úrovně ohřevu – laboratorní teplota, 30 °C, 45 °C, 60 °C (nebo toto rozmezí) - časovač - pevně nastavená rychlost (v rozmezí 1200 - 1800 ot./min) - možnost vypnout funkci brzdy z důvodu šetrnosti k citlivějším vzorkům - komora musí být z nerezové oceli a víko s povlakem odolným proti chemikáliím - vnější rozměry musí být max. 40 x 60 x 30 cm (š x h x v) - přístroj musí mít dva výměnné rotory – jeden pro 48 x 1,5/2ml zkumavky a druhý pro 6 x 15/50 ml zkumavky
Požadavek na záruku a servis
<i>Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.</i> <i>Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.</i>
Požadavky na kompatibilitu
<i>Požadavky na kompatibilitu nemáme.</i>