

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

Laboratorní materiál a chemikálie 16-2022, část 5

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Ondřej Škrabal
tel.: +420 377 593 486
e-mail: ondrej.skrabal@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 27. 9. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dynamickém nákupním systému s názvem „DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV“:

Dotaz dodavatele:

Dobrý den, obracíme se na zadavatele s dotazem:

část 5 pol. 2 Petriho misky - prosím o upřesnění rozměrů. Také bychom se chtěli zeptat, zda bude zadavatel akceptovat balení po 480 ks nebo 720 ks?

Děkujeme

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat balení po 480 ks. Ohledně rozměrů zadavatel stanovuje požadavek na průměr 140 mm.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 10. 2022 do 9:00 hod.

Součástí tohoto vysvětlení je i aktualizovaná příloha č. 1 Výzvy (specifikace zboží)

V Plzni dne: 29. 9. 2022

Za zadavatele
Ondřej Škrabal