

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ZADAVATEL: Univerzita Karlova
Týká se součástí: 2. lékařská fakulta
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Jednající: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
IČO: 00216208

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: **„UK2LF – Dodávka simulátorů“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle ZZVZ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dobrý den, v technické specifikaci položky 1) Fantom PEHAMED je požadován obrazec pro kontrolu shody pole min. 24x30 cm a velikost fantomu min. 35x35 cm. Pokud je mi známo, tyto požadavky nesplňuje ani referenční fantom PEHAMED, ani jiný obdobný fantom odpovídající normě DIN 6868. Tyto fantomy se vyrábějí ve velikosti cca 30x30 cm s obrazci pro velikost pole max. 26x26 cm nebo 28x28 cm.

Žádám o vysvětlení, zda zadavatel trvá na parametrech uvedených v ZD, ačkoli tyto neodpovídají obvyklým vlastnostem fantomů používaných k danému účelu, tj. ke kontrole souososti a shody radiačního pole.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Na základě položeného dotazu zadavatel upřesňuje technickou specifikaci pro Fantom PEHAMED a omlouvá se za terminologickou nepřesnost, při které došlo k záměně fyzických rozměrů obrazců ve fantomu s dříve používanými rozměry kazet pro ověření souladu světelného a radiačního pole.

V příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přikládáme opravenou technickou specifikaci pro část 4 veřejné zakázky.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

S ohledem na změnu technické specifikace části 4 VZ, která může mít vliv na okruh dodavatelů pro danou část č. 4 veřejné zakázky, zadavatel prodlužuje konec lhůty pro podávání nabídek o celou původní délku lhůty pro podávání nabídek pro danou část veřejné zakázky.

Nová lhůta veřejné zakázky pro část 4 VZ:

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 24.3.2023, hodina: 10:00 hodin

Příloha: Technická specifikace pro část 4 VZ