



UNIVERZITA KARLOVA  
Lékařská fakulta  
v Hradci Králové

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK  
V RÁMCI DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU č. 1**

**Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli**

**DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM:**

**LF HK – DNS pro laboratorní chemikálie a spotřební laboratorní materiál – Kategorie 2 – Výzva 02-2024**

Kategorie 2 – Spotřební laboratorní materiál

č.j.: **LFHKDNS01-K2-02-2024**, sp. zn.: UKLFHK/352354/2024,

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

**ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové**

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

kontaktní osoba: Ing. Hana Hanzlová

tel.: +420 495 816 461, e-mail: hanzlovha@lfhk.cuni.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

**Zadavatel vysvětluje výzvu k podání nabídek takto:**

**Dotaz č. 1**

*Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, zdali zadavatel akceptuje v případě Pasteurových pipet E1 objem balónku 3 ml, namísto 3,5 ml, přičemž objem stonku by zůstal 1 ml. Děkuji*

**Odpověď na dotaz č. 1**

Zadavatel tímto upřesňuje stanovený technický parametr u položky č. E1 – Pasteurova pipeta PE, 3,5 ml: objem balonku 3,5 ml.

Zadavatel požaduje dodání Pasteurovy pipety PE o celkovém objemu 3,5 ml. Objem balónku může být s nižším objemem než je 3,5 ml tj. až 3,5 ml, přičemž objem stonku zadavatel požaduje zachovat o objemu 1 ml.



**UNIVERZITA KARLOVA**  
**Lékařská fakulta**  
**v Hradci Králové**

*Původní znění technického parametru položky č. E1 – Pasteurova pipeta PE, 3,5 ml je:  
Objem balonku 3,5 ml*

**Upřesněné znění technického parametru položky č. E1 – Pasteurova pipeta PE, 3,5 ml je:**  
**Objem balonku až 3,5 ml**

**Zadavatel upozorňuje, že termín podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.**

V Hradci Králové dne

**Univerzita Karlova,**  
**Lékařská fakulta v Hradci Králové**  
prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan