

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: Chemikálie a laboratorní materiál
Evidenční číslo přidělené ve Věstníku VZ: 343690
Zadavatel: Univerzita Karlova v Praze
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Sídlo: Heyrovského 1203, Hradec Králové, PSČ 500 05
IČ: 00216208
DIČ: CZ 00216208

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. – děkan

V Hradci Králové dne 29.4.2013

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), uveřejňuje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k části II a části III výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle zákona. Ostatní ujednání zadávací dokumentace a jejích příloh zůstávají beze změny, jelikož tyto dodatečné informace nemají vliv na okruh možných dodavatelů.

1. Dotaz ze dne 26.4.2013

Část II - Laboratorní materiál

položka špičky C 0,5 - 300ul, v balení min. 1000ks, kompatibilní s mikropipetou zadavatele (Biohit)
Špičky nabízené výrobcem kompatibilní s mikropipetou zadavatele v tomto rozsahu bohužel nejsou, jen rozsah 0,5 - 200ul - je možno nabídnout tyto?

Odpověď zadavatele:

ANO, zadavatel připouští nabídku špičky C 0,5 v rozmezí 100 – 300 ul. Děkujeme za upozornění, v zadávacích podmínkách došlo k chybnému popisu požadované velikosti špičky C 0,5.

2. Dotaz ze dne 26.4.2013

Část II - Laboratorní materiál

položka zkumavky centrifugační, sklo, 15ml - dle dodatečných informací č. 1 k zadávací dokumentaci - rozměr 17 x 100 mm, kónické dno. Může být nabídnut rozměr 17 x 103 mm?

Odpověď zadavatele: ANO, s ohledem na účel využití poptávané centrifugační zkumavky zadavatel připouští nabídku zkumavky o rozměru 17 x 100 mm s tolerancí +/- 5 %.

3. Dotaz ze dne 26.4.2013

Část III - Laboratorní přístroje

položka sada tří pipet - 100-1000 µl, 20 - 200 µl, 1-20 µl

Musí být pipety nabídnuty jako jedna sada (od jednoho výrobce) nebo je možné dodat jednu pipetu jiné značky než dvě zbylé? Pokud musí být dodány pipety jednoho výrobce, může být místo pipety 1-20 ul nabídnuta pipeta 2-20 ul?

Odpověď zadavatele: Pipety nemusí být nabídnuty od jednoho výrobce. V sadě však musí být obsaženy 3 pipety ve velikostech v těchto hraničních mezích

1x 100 - 1000 µl,

1x 20 - 200 µl,

1x 1-20 µl.

tzn. i nabídka pipety 2-20 µl bude považována za vyhovující.

4. Dotaz ze dne 26.4.2013

Část III - Laboratorní přístroje

položka váhy ABJ 220-4M

Požadované váhy jsou výrobcem momentálně doprodávány, již nadále nebudou dostupné. Skladem má výrobce poslední kusy. Je velmi pravděpodobné, že v době realizace veřejné zakázky nebudou již dostupné. Má být nabídnuta alternativa, např. ABJ 220-4NM nebo budete požadovat jiný model?

Odpověď zadavatele: Ano, na str. 2 zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce je uvedeno, že v případě, kdy zadavatel při určení předmětu zakázky uvede požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, jedná se o vymezení předpokládaného standardu řešení a zadavatel **v tomto případě umožňuje uchazeči pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. To platí i pro nabídku vah ABJ 220-4M za nabídku alternativních vah splňujících požadavky zadavatele.**

S pozdravem

Za zadavatele zpracoval: Miloš Šimek