



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 48-2024

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: **alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň**
IČO: **00216208**
DIČ: **CZ00216208**
Zastoupená: **prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA, děkanem fakulty**
Kontaktní osoba: **Ondřej Škrabal**
tel.: **+420 377 593 486**
e-mail: ondrej.skrabal@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dotčeném dynamickém nákupním systému:

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

bude zadavatel akceptovat pro část 4 - položka 2 následující parametry:

- regulované otáčky 30 - 1700 rpm
- teplotní rozsah do +370 °C od okolní teploty
- objem míchání 20 l H₂O?

Odpověď č. 3

Zadavatel nebude akceptovat dodavatelem nabízené řešení, jelikož nesplňují minimální technické požadavky. Zadavatel upozorňuje, že účelem je pořízení magnetického míchadla s objemem míchání do 5 litrů.



Změna zadávací dokumentace pro část 2 veřejné zakázky:

Zadavatel dále v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v odpovědi k dotazu č. 1, týkajícího se části 2 veřejné zakázky uvedl, že nepožaduje chlazené centrifugy.

Zadavatel zjistil, že tento požadavek byl nepřesný a proto upřesňuje, že v části 2 veřejné zakázky:

Položka č. 1 (Centrifuga na 8 konických zkumavek) - zadavatel **nepožaduje** chlazení

Položka č. 2 (Centrifuga pro dvě 96ti jamkové destičky) - zadavatel **požaduje** chlazení

Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 1 Výzvy – specifikace zboží NOVÁ II

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 10. 2024 do 9:00 hod.

Za zadavatele
Mgr. Ondřej Škrabal