

Písemná zpráva zadavatele

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Název zakázky:	FAF UK – Polarimetr
Druh a rozsah zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle zákona.
Datum vyhlášení zakázky:	11. 04. 2025
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Sídlo jednající součásti:	Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové
Osoba zastupující zadavatele:	doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě

1.1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Sídlo: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové
IČO: 00216208
Zastoupený: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

1.2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tohoto přístroje pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové: **Polarimetr**.

1.3. Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě činí 359.950 Kč bez DPH

2. Označení účastníků zadávacího řízení

Seznam podaných nabídek je uveden v následující tabulce:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Datum a čas doručení nabídky	Poznámka
1.	Fisher Scientific, spol. s r.o.	Kosmonautů 324 53009 Pardubice	45539928	09.05.2025 10:53	
2.	O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.	Bořetická 2668/1 19300 Praha	62914511	13.05.2025 11:06	
3.	ILABO, spol. s r.o.	Masarykovo náměstí 40/19 69701 Kyjov	25328573	13.05.2025 12:03	
4.	MERCI, s.r.o.	Hviezdoslavova 1192/55b 62700 Brno	46966447	14.05.2025 15:27	

3. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení zadavatel vyloučil tyto účastníky:

Účastník č. 2:

O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., IČO: 62914511, sídlo: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha.

Důvod vyloučení:

Nabízený přístroj nesplňuje následující technický parametr:

8	Velmi krátká doba měření cca. 1 s
---	-----------------------------------

Pro využití přístroje zadavatelem je podstatný rozdíl, jestli přístroj provádí měření za cca 1 s nebo za 5 s, proto je splnění shora uvedeného parametru pro zadavatele důležité. Přístroj bude používán pro výuku studentů, při které přístroj standardně vykonává několik po sobě jdoucích měření (ve specifických případech i 10). Výuky se najednou účastní až 40 studentů a jde o to, aby nevznikaly fronty při měření a výuka tak mohla probíhat plynule. Z tohoto důvodu zadavateli nezbývá než účastníka č. 2 vyloučit z další účasti v zadávacím řízení.

Účastník č. 3:

ILABO, spol. s r.o., IČO: 25328573, sídlo: Masarykovo náměstí 40/19, 697 01 Kyjov

Důvod vyloučení:

Součástí nabídky účastníka č. 4 nejsou kyvety 100 a 200 mm s nerezovým pláštěm dle zadávacích podmínek. Z tohoto důvodu zadavateli nezbývá než účastníka č. 3 vyloučit z další účasti v zadávacím řízení.

Účastník č. 4:

MERCI, s.r.o., IČO: 46966447, sídlo: Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno

Důvod vyloučení:

Součástí nabídky účastníka č. 4 nejsou kyvety 100 a 200 mm s nerezovým pláštěm dle zadávacích podmínek.

Z tohoto důvodu zadavateli nezbývá než účastníka č. 4 vyloučit z další účasti v zadávacím řízení.

4. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva s odůvodněním jeho výběru

a. Identifikační údaje dodavatele

Fisher Scientific, spol. s r.o., IČO: 45539928, sídlo: Kosmonautů 324, 530 09 Pardubice

b. Odůvodnění výběru dodavatele

Vybraný účastník jako jediný splnil všechny zákonné a zadávací podmínky a stal se tak vybraným dodavatelem.

5. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele

Vybraný účastník při plnění veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele.

6. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení.

7. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení.

8. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení.

9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Veřejná zakázka je zadána.

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Podání nabídek bylo umožněno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupným na: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html.

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

V rámci předmětného zadávacího řízení nebyl zadavatelem zjištěn střet zájmů žádné osoby.

12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Předmět veřejné zakázky spočíval v jednom druhu požadovaného plnění. Toto plnění, i v případě, že by bylo rozděleno na dílčí části, mohlo být plněno zcela stejným okruhem dodavatelů.

13. Odůvodnění stanovení požadavků na prokázání obratu

Irelevantní pro potřeby předmětného zadávacího řízení, jelikož zadavatelem nebyl stanoven požadavek na prokázání obratu.

Hradec Králové

08. 07. 2025

Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové