



UNIVERZITA KARLOVA
Lékařská fakulta
v Hradci Králové

Písemná zpráva zadavatele pro část 1 veřejné zakázky

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**zákon**“)

o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

LF HK – CORE FACILITIES – Neurofyzilogická laboratoř

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:

Z2018-013542

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO: 00216208
se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO:	00216208
Sídlo:	Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
Kontaktní osoba:	Mgr. Petra Kubizňáková, manažer pr. CORE FACILITIES
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

2. Předmět veřejné zakázky

Rozdělení veřejné zakázky na části

2.1 Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu § 35 a § 101 zákona na části:

Část 1 – Přístroj pro vyšetření zorného pole

Část 2 – Auto Refrakto-keratometr

Část 3 – Přístroj pro sledování očních pohybů

2.2 Každá část veřejné zakázky je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele v zadávacím řízení. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.

2.3 Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení zadávací dokumentace pro každou část veřejné zakázky.

2.4 Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, je dodavatel povinen předložit požadované dokumenty či doklady pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zvlášť.

Předmět plnění veřejné zakázky

Část 1 – Přístroj pro vyšetření zorného pole

2.5 Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka přístroje pro vyšetření zorného pole pro Neurofyzilogickou laboratoř Ústavu patologické fyziologie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „*perimetr*“).

2.6 Perimetr musí umožňovat vyšetření zorného pole automatizovanou perimetrií s rozšířením umožňujícím měřit odezvu na převážně magnocellulární aktivaci („*counterphase flicker*“). Perimetr musí kontrolovat oční fixaci během vyšetření a musí umožňovat rychlou screeningovou variantu vyšetření.

2.7 Nedílnou součástí dodávky je příslušenství – polohovací stůl a SW rozhraní, které umožní číselný export dat pro zpracování mimo perimetr.

2.8 Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem: Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, zkrácený název projektu: CORE FACILITIES, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515.

2.9 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (příloha dokumentace zadávacího řízení).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

2.10 Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

Část 1 – Přístroj pro vyšetření zorného pole

Kód CPV:

33122000-1 Oftalmologické zařízení

3. Cena sjednaná ve smlouvě

3.1 Cena sjednaná ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem v části 1 veřejné zakázky činí:

383.340,00 Kč bez DPH.

4. Použitý druh zadávacího řízení

4.1 Veřejná zakázka v části 1 byla zadávána v otevřeném řízení podle § 56 zákona.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

5.1 Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku v části 1 veřejné zakázky:

Číslo účastníka	Účastník	IČO	Sídlo
1.	Askin & Co. s. r. o.	48399965	Úprkova 1450/11, 741 01 Nový Jičín

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu

6.1 Ze zadávacího řízení v části 1 veřejné zakázky nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

7.1 Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva v části 1 veřejné zakázky:

Vybraný dodavatel

Účastník **č. 1**

Účastník: **Askin & Co. s. r. o.**
IČO: 48399965
Sídlo: Úprkova 1450/11, 741 01 Nový Jičín

Odůvodnění výběru

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.**

Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

- a) Technická úroveň: *Integrace s OCT,***
- b) Technická úroveň: *Kinetická perimetrie,***
- c) Technická úroveň: *Hodnocení vývoje nálezů u pacienta,***
- d) Technická úroveň: *Uživatelsky definovatelné testy,***
- e) Technická úroveň: *Test citlivosti k jasovému kontrastu,***
- f) Podpora.**

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- a) Nabídková cena,**
- b) Technická úroveň: *Integrace s OCT,***
- c) Technická úroveň: *Kinetická perimetrie,***
- d) Technická úroveň: *Hodnocení vývoje nálezů u pacienta,***
- e) Technická úroveň: *Uživatelsky definovatelné testy,***
- f) Technická úroveň: *Test citlivosti k jasovému kontrastu,***
- g) Podpora.**

Bližší informace a pokyny pro kritérium hodnocení podle písm. a) tohoto odstavce:

V rámci tohoto kritéria hodnocení byla hodnocena nabídková cena.

Bližší informace a pokyny pro kritéria hodnocení podle písm. b) – g) tohoto odstavce:

V rámci těchto kritérií hodnocení byly hodnoceny technická úroveň a podpora nabízeného plnění, tj. míra naplnění vybraných technických parametrů a podpora nabízeného plnění.

Technická úroveň: *Integrace s OCT*

V rámci tohoto kritéria hodnocení byla hodnocena možnost integrace s OCT.

Technická úroveň: *Kinetická perimetrie*

V rámci tohoto kritéria hodnocení byla hodnocena možnost kinetické perimetrie.

Technická úroveň: *Hodnocení vývoje nálezů u pacienta*

V rámci tohoto kritéria hodnocení byla hodnocena možnost hodnocení vývoje nálezů u pacienta.

Technická úroveň: *Uživatelsky definovatelné testy*

V rámci tohoto kritéria hodnocení byla hodnocena možnost uživatelsky definovat testy.

Technická úroveň: *Test citlivosti k jasovému kontrastu*

V rámci tohoto kritéria hodnocení byla hodnocena možnost testovat citlivost k jasovému kontrastu.

Podpora

V rámci tohoto kritéria hodnocení byla hodnocena možnost bezplatné aktualizace firmware/software po dobu životnosti přístroje.

Popis hodnocení údajů

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích takto:

a) Nabídková cena

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 60 \text{ bodů.}$$

Takto vypočtené bodové hodnocení bylo stanoveno, resp. zaokrouhleno, na 2 desetinná místa.

b) Technická úroveň: *Integrace s OCT*

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, které umožňuje integraci s OCT, obdržel **10 bodů**.

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, které neumožňuje integraci s OCT, obdržel **0 bodů**.

c) Technická úroveň: *Kinetická perimetrie*

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, které umožňuje kinetickou perimetrii, obdržel **10 bodů**.

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, které neumožňuje kinetickou perimetrii, obdržel **0 bodů**.

d) Technická úroveň: *Hodnocení vývoje nálezů u pacienta*

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, které umožňuje hodnocení vývoje nálezů u pacienta, obdržel **5 bodů**.

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, které neumožňuje hodnocení vývoje nálezů u pacienta, obdržel **0 bodů**.

e) Technická úroveň: *Uživatelsky definovatelné testy*

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, které umožňuje uživatelsky definovat testy, obdržel **5 bodů**.

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, které neumožňuje uživatelsky definovat testy, obdržel **0 bodů**.

f) Technická úroveň: *Test citlivosti k jasovému kontrastu*

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, které umožňuje testovat citlivost k jasovému kontrastu, obdržel **5 bodů**.

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, které neumožňuje testovat citlivost k jasovému kontrastu, obdržel **0 bodů**.

g) Podpora

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, ke kterému umožní bezplatnou aktualizaci firmware/software po dobu životnosti přístroje, obdržel **5 bodů**.

Pokud účastník zadávacího řízení nabídne plnění, ke kterému neumožní bezplatnou aktualizaci firmware/software po dobu životnosti přístroje, obdržel **0 bodů**.

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

Bodové hodnoty získané v rámci jednotlivých kritérií hodnocení budou sečteny dohromady.

Na základě součtu bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria hodnocení v součtu.

Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek

Shora uvedeným způsobem byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení: **Askin & Co. s. r. o.**, IČO: 48399965, se sídlem: Úprkova 1450/11, 741 01 Nový Jičín.

Pořadí nabídek:

1. **Askin & Co. s. r. o.** počet bodů: **90 bodů**

8. Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
--

8.1 Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva v části 1 veřejné zakázky.

V Brně dne 01.08.2018

**Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové**
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel

Výpočet bodového hodnocení nabídek

Číslo nabídky	1
Účastník	Askin & Co. s. r. o.

Kritérium hodnocení a) Nabídková cena	
Celková cena za dodávku příslušného přístroje, a to včetně všech souvisejících plnění podle zadávací dokumentace (nabídková cena)	383 340,00 Kč
Bodový zisk v kritériu hodnocení a)	60,00

Kritérium hodnocení b) Technická úroveň: Integrace s OCT	
umožňuje integraci s OCT	ANO
Bodový zisk v kritériu hodnocení b)	10,00

Kritérium hodnocení c) Technická úroveň: Kinetická perimetrie	
umožňuje kinetickou perimetrii	NE
Bodový zisk v kritériu hodnocení c)	0,00

Kritérium hodnocení d) Technická úroveň: Hodnocení vývoje nálezů u pacienta	
umožňuje hodnocení vývoje nálezů u pacienta	ANO
Bodový zisk v kritériu hodnocení d)	5,00

Kritérium hodnocení e) Technická úroveň: Uživatelsky definovatelné testy	
umožňuje uživatelsky definovat testy	ANO
Bodový zisk v kritériu hodnocení e)	5,00

Kritérium hodnocení f) Technická úroveň: Test citlivosti k jasovému kontrastu	
umožňuje testovat citlivost k jasovému kontrastu	ANO
Bodový zisk v kritériu hodnocení f)	5,00

Kritérium hodnocení g) Podpora	
bezplatná aktualizaci firmware/software po dobu životnosti přístroje	ANO
Bodový zisk v kritériu hodnocení g)	5,00

Součet bodů celkový	90,00
----------------------------	--------------

Pořadí celkové	1.
-----------------------	-----------