



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: „Výběrové řízení na operační mikroskop“
Ev. číslo VVZ : Z2018-026782

ZADAVATEL

Název: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Sídlo: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

Zástupce zadavatele:

Název: JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
Se sídlem: Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
Tel: +420 222 316 362
Email: office@aksu.cz

Podlimitní veřejná zakázka s názvem „**Výběrové řízení na operační mikroskop**“ (dále „**Veřejná zakázka**“) dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v otevřeném podlimitním řízení

Zadavatel obdržel dne 10. 8. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vztahující k Veřejné zakázce s následujícím zněním:

Žádost o vysvětlení č. 1

Vznášíme tímto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce „Výběrové řízení na operační mikroskop“, příloha č. 1 ZD Technická specifikace:

1. Face to face okuláry

Dotaz: Požaduje zadavatel naklápěcí binokulární tubusy pro operátora i asistenta (stereoasistent v pozici face to face) v rozsahu 0-180 stupňů s centrálním nastavením PD, širokouhlé okuláry i pro práci v brýlích, možnost ametropické korekce, integrované rotační adaptéry pro nastavení ideální pozice?

2. Automatický zoom

Dotaz: Zamýšlel zadavatel tímto parametrem motorizovaný zoom?

3. Vlastní světelný zdroj

Dotaz: Požaduje zadavatel xenonové osvětlení min. 180 W (rovnocenný xenonový zdroj světla pro hlavní i záložní osvětlení), zobrazení doby životnosti aktuálně používané lampy?

4. Automatický systém vyvážení

Dotaz: Požaduje zadavatel kompletně automatický systém vyvážení celého mikroskopu stisknutím jednoho tlačítka a provedením vyvážení jedinou osobou, s celkovou dobou vyvážení celého systému do 1 minuty, nezávislý na pozici a příslušenství?

5. HD kamera

Dotaz: Požaduje zadavatel full HD videokameru integrovanou do hlavy mikroskopu bez zvětšení celkových rozměrů hlavy mikroskopu?

6. Obrazovka pro přímé zobrazení

Dotaz: Požaduje zadavatel integrovaný full HD min 22" LCD monitor?

7. Videořetězec pro nahrávání a streamování videa on-line

Dotaz: Požaduje zadavatel full HD digitální videořetězec kompletně integrovaný do stojanu a mikroskopu – bez externích modulů a kabelů?

8. Možnost ukládání na USB

Dotaz: Požaduje zadavatel integrované full HD video nahrávání na USB?

9. V rámci zadávací dokumentace není řešeno: Jaká má být optika celého systému

Dotaz: Požaduje zadavatel apochromatickou optiku celého systému?

10. Fokus

Dotaz: Požaduje zadavatel motorizovaný fokus?

11. Pracovní vzdálenost

Dotaz: Požaduje zadavatel variabilní pracovní vzdálenost s rozsahem min. 200 – 500 mm?

12. Ovládání mikroskopu

Dotaz: Požaduje zadavatel ovládání mikroskopu z nastavitelných multifunkčních ergonomických držadel, symetrických, nad dolní hranou mikroskopu, s programovatelnými tlačítky pro jednotlivé funkce a ovládáním všech základních funkcí mikroskopu (fokus, zoom, brzdy)?

13. Stojan

Dotaz: Požaduje zadavatel stabilní zabrzditelný pojízdný stojan mikroskopu (kolečka pro snadnou manipulaci ve všech směrech, včetně ochrany proti přejetí kabelů na zemi) s elektromagnetickými brzdami všech os pohybu mikroskopu a stativu a s možností definování nastavení systému pro různé operátory a postupy?

Odpověď na žádost o vysvětlení č. 1:

Zadavatel tímto upřesňuje Technickou specifikaci, která je obsažena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a poskytuje k výše uvedeným dotazům dodavatele následující odpovědi.

1. Face to face okuláry

Zadavatel v rámci požadavku na „face to face okuláry“ požaduje naklápěcí binokulární tubusy pro operátora i asistenta (stereoasistent v pozici face to face) v rozsahu 0-180 stupňů s centrálním nastavením PD, širokoúhlé okuláry i pro práci v brýlích, možnost ametropické korekce, integrované rotační adaptéry pro nastavení ideální pozice.

2. Automatický zoom

Zadavatel v rámci požadavku „automatický zoom“ požaduje motorizovaný zoom.

3. Vlastní světelný zdroj

Zadavatel požaduje v rámci vlastního světelného zdroje xenonové osvětlení min. 180 W (rovnocenný xenonový zdroj světla pro hlavní i záložní osvětlení) a zobrazení doby životnosti aktuálně používané lampy.

4. Automatický systém vyvážení

Zadavatel požaduje v rámci požadavku na automatický systém vyvážení systém vyvážení celého mikroskopu, a to stisknutím jednoho tlačítka a provedením vyvážení jedinou osobou, s celkovou dobou vyvážení celého systému do 1 minuty, přičemž bude systém vyvážení nezávislý na pozici a příslušenství.

5. HD kamera

V rámci požadavku na HD kameru zadavatel poptává mikroskop, který disponuje full HD videokameru integrovanou do hlavy mikroskopu bez zvětšení celkových rozměrů hlavy mikroskopu.

6. Obrazovka pro přímé zobrazení

Zadavatel požaduje integrovaný full HD min 22" LCD monitor.

7. Videořetězec pro nahrávání a streamování videa on-line

Zadavatel v rámci tohoto technického požadavku požaduje, aby mikroskop disponoval full HD digitálním videořetězcem kompletně integrovaným do stojanu a mikroskopu – bez externích modulů a kabelů.

8. Možnost ukládání na USB

Zadavatel požaduje integrované full HD video nahrávání na USB.

9. Optika celého systému

Zadavatel požaduje, aby se jednalo o apochromatickou optiku celého systému.

10. Fokus

Zadavatel požaduje motorizovaný fokus

11. Pracovní vzdálenost

Zadavatel požaduje variabilní pracovní vzdálenost s rozsahem minimálně 200 – 500 mm.

12. Ovládání mikroskopu

Zadavatel poptává mikroskop, který má ovládání z nastavitelných multifunkčních ergonomických držadel, symetrických, nad dolní hranou mikroskopu, s programovatelnými tlačítky pro jednotlivé funkce a ovládáním všech základních funkcí mikroskopu (fokus, zoom, brzdy).

13. Stojan

V rámci požadavku na stojan zadavatel sděluje, že požaduje stabilní zabrzditelný pojízdný stojan mikroskopu (kolečka pro snadnou manipulaci ve všech směrech, včetně ochrany proti přejetí kabelů na zemi) s elektromagnetickými brzdami všech os pohybu mikroskopu a stativu a s možností definování nastavení systému pro různé operátory a postupy.

Zadavatel tímto **přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku** tak, aby byla naplněna díkce § 99 odst. 2 ZZVZ, neboť se jedná o rozsáhlé doplnění technické specifikace, kterou zadavatel činí z předběžné opatrnosti, kdy si není jistý, zda na trhu neexistuje po upřesnění zadávacích podmínek větší okruh potencionálních dodavatelů, kteří jsou schopni dodat poptávaný předmět plnění.

Lhůta pro podání nabídek tedy skončí 10. 9. 2018 v 10:00 hodin.

Termín otevírání obálek je poté stanoven na den 10. 9. 2018 v 10:15 hod.

V Praze dne 15. 8. 2018

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
Elektronicky podepsáno