



Projekt ERDF Laboratoř pro praktickou výuku plastické chirurgie

Výběrové řízení na osteosyntetický materiál

Důvod koupě: Umožňuje nácvik osteosyntézy skeletu ruky

Rozpočet: 418 800 Kč (bez DPH)

Specifikace:

Systém dlah a šroubů pro osteosyntézy skeletu ruky

Možnost kombinovat všechny profily a tvary dlah se všemi průměry a velikostmi šroubů

Možnost použití standardních i zamykacích šroubů do stejných otvorů

Potřebné prvky:

Sada dlah 0,8 mm

T dlahy- 2/3, 2/4, 2/5, 3/3, 3/4, 3/5 otvorů

Y dlahy 2/3, 2/4, 2/5 otvorů

L dlahy 6 otvorů – levá, pravá

Washer

Sada dlah 1,2 mm

rovné dlahy – 4,5,6,7 otvorů

Z dlahy – 9, 13 otvorů

korekční dlahy - 3/3 otvorů

mřížkové dlahy – 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8

T dlahy- 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 otvorů

Y dlahy- 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 otvorů

L dlahy 7 otvorů – levá, pravá

Washer

Od každé dlahy 1 ks

Šrouby kortikální 1,2 mm 4ks

Šrouby kortikální 1,5 mm 4ks

Šrouby zamykací 1,5 mm 4ks

Šrouby kortikální 2,0 mm 4ks

Šrouby zamykací 2,0 mm 4ks

Šrouby kortikální 2,3 mm 4ks

Šrouby zamykací 2,3 mm 4ks

Vrtáky, vodítka vrtáků, vrtací pouzdra v zadaných velikostech (po 1ks)

Měrka 1ks

Šroubováky v potřebných velikostech- 1 ks od každé velikosti

Klip pro měření délky a průměru šroubu 1ks

Repoziční kleště 1ks

Kleště na dlahu 1ks

Ohýbací kleště 2ks

Skladovací koš na nástroje – v potřebném množství

Skladovací boxy na šrouby a dlahy – v potřebném množství